



Hoitajavaunut sairaalakäyttöön

HINTA, maksimipisteet 60,00 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintana kohteessa "Hoitajavaunut sairaalakäyttöön" käytettiin volyymipainotteista kokonaishintaa. Vertailuhinta ei ole sopimuskauden aikana tuotteen ostohinta. Ostohinta muodostuu tapauskohtaisesti Tilaajan tarpeesta.

60,00 pistettä, (251.250 €), Lojer Oy (tuote 164M6)
59,47 pistettä, (253.500 €), Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
44,97 pistettä, (335.250 €), PP-Tuote Oy (tuote 5163)
36,38 pistettä, (414.390 €), Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

LAATU, maksimipisteet 40,00 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti laadulliset pisteet arvioitiin tarjousasiakirjojen, aiempien käyttökokemusten, koekäytön tai esittelyn perusteella tai yleisesti saatavilla tiedoilla.

Vertailtaessa kustakin laatuominaisuudesta annettiin parhaimmalle tarjoukselle maksimipisteet. Muut Tarjoajat asetettiin tämän jälkeen paremmuusjärjestykseen niin, että seuraavat saivat pisteitä 60 %, 40 %, 20 % tai 0 % maksimipisteistä. Useammalla Tarjoajalla oli mahdollisuus saada sama pistemäärä samasta vertailtavasta kohdasta. Piste-ero kerrottiin ja avattiin sanallisin perustein. Jos prosenttiosuus ei kyseisen laatuominaisuuden osalta vastannut tarjouksen laadullista eroa parhaaseen tarjoukseen, vaan poikkesi siitä merkittävästi, on hankintayksikkö voinut alentaa prosenttiosuutta enintään 20 prosenttiyksikköä. Tällainen alennus on perusteltu sanallisin perustein.

40,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
34,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
00,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)
00,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

KOKONAISPISTEET (HINTAPISTEET+LAATUPISTEET)

100,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
93,47 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
44,97 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)
36,38 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

Tarjouspyynnön mukaisesti Toimittajaksi valitaan yksi (1) Toimittaja, jonka ratkaisu on hinta-laatu-suhteeltaan paras (kokonaistaloudellisesti edullisin). Valituksi tuli Lojer Oy.



LAATUPISTEIDEN PERUSTELUT

KÄYTETTÄVYYS

Hoitajavaunun laatikkomekanismin toimivuus (mm. laatikoiden avautuvuus, sulkeutuvuus ja kiinnipysyvyys), maksimipisteet 5,00 pistettä

Lojer Oy:n tarjoama tuote arvioitiin vertailussa kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi ja sai siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Medihealth Oy:n tarjoama tuote arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen laatikoiden upotetuista kahvaosista (upotettu kahvaosa toteutusmallina teki laatikoista vaikeasti avattavia tarttumapinnan vuoksi) sekä laatikot eivät sulkeutuneet loppuun ilman manuaalista apua.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
3,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)
0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

Hoitajavaunun laatikkomekanismin toimivuus (mm. laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuva ääni), maksimipisteet 5,00 pistettä

Ei merkittävää eroa tarjottujen tuotteiden välillä.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
5,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)
0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

Hoitajavaunun laatikon jakomahdollisuus, maksimipisteet 5,00 pistettä

Ei merkittävää eroa tarjottujen tuotteiden välillä.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
5,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)
0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

Hoitajavaunun vakaus ja tukevuus (mm. laatikoiden ollessa auki), maksimipisteet 5,00 pistettä

Ei merkittävää eroa tarjottujen tuotteiden välillä.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)
5,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)
0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)



0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

Hoitajavaunun lisätarvikkeiden toimivuus (mm. työntökahva, yläkehikko, teleskooppitippateline), maksimipisteet 5,00 pistettä

Lojer Oy:n tarjoama tuote arvioitiin vertailussa kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi ja sai siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Medihealth Oy:n tarjoama tuote arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen siitä, että teleskooppitippatelineen korkeuden säätö vaatii kahta kättä sekä yläkehikko oli epävakaampi (heiluvampi) mekaanisen kiinnitysrakenteen vuoksi

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)

3,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)

0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)

0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

LIIKUTELTAVUUS

Hoitajavaunun liikuteltavuus (mm. pyörien rullaavuus ja lukitus), maksimipisteet 10,00 pistettä

Ei merkittävää eroa tarjottujen tuotteiden välillä.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)

3,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)

0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)

0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)

PUHDISTETTAVUUS

Hoitajavaunun puhdistettavuus (mm. pintojen pyyhinnän vaivattomuus, raot, kolot, terävät kulmat), maksimipisteet 5,00 pistettä

Lojer Oy:n tarjoama tuote arvioitiin vertailussa kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi ja sai siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Medihealth Oy:n tarjoama tuote arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen siitä, että tuotteen puhdistaminen oli työläämpää upotettujen kahvojen ja yläkehikon terävien kulmien takia.

5,00 pistettä, Lojer Oy (tuote 164M6)

3,00 pistettä, Medihealth Oy (tuote liikesalaisuus)

0,00 pistettä, PP-Tuote Oy (tuote 5163)

0,00 pistettä, Ossano Scandinavia Oy (tuote 543344)