

VITREKTOMIALAITTEET

HINTA, maksimipisteet 50,00 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintana on käytetty Vitrektomialaitteessa olevien kohteiden yhteenlaskettua volyymipainotteista kokonaishintaa. Vertailuhinta ei ole sama kuin ostohinta. Ostohinta muodostuu tapauskohtaisesti Tilaaajan tarpeesta.

Tarjouspyynnön mukaisesti kohteissa ilmoitettu määrä (volyymi) on arvioitu määrä tarvittavista tuotteista. Määrä on perustunut aikaisempien materiaalikirjanpidon kulutustietoihin ja varainhoitovuosien toimintasuunnitelmiin. Arvioitu määrä (volyymi) on ilmoitettu Tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta Tilaaajalle määräästovelvoitetta, vaan todellinen määrä voi olla suurempi tai pienempi.

50,00 pistettä, (992.597,01 €), Alcon Nordic AS

44,53 pistettä, (1.114.475,00 €), Carl Zeiss Oy

LAATU, maksimipisteet 50,00 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti laatu pisteet on arvioitu tarjousasiakirjojen, aiempien käyttökokemusten, koekäytön, esittelyn tai yleisesti saatavilla olevan tiedon perusteella.

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailtaessa kustakin laatuominaisuudesta on annettu parhaimmalle tarjoukselle maksimipisteet. Muut Tarjoajat on asetettu tämän jälkeen paremmuusjärjestykseen niin, että seuraavat ovat saaneet pisteitä 60 %, 40 %, 20 % tai 0 % maksimipisteistä. Useampi Tarjoaja on voinut saada saman pistemäärään samasta vertailtavasta kohteesta. Piste-ero on kerrottu ja avattu sanallisin perustein.

48,00 pistettä, Alcon Nordic AS

44,00 pistettä, Carl Zeiss Oy

KOKONAISPISTEET (HINTAPISTEET+LAATUPISTEET)

98,00 pistettä, Alcon Nordic AS

88,53 pistettä, Carl Zeiss Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti Toimittajaksi valitaan yksi (1) Toimittaja, jonka ratkaisu on hinta-laatusuhteeltaan paras (kokonaistaloudellisesti edullisin). Valitaan Toimittaja Alcon Nordic AS.

LAATUPISTEIDEN PERUSTELUT

KÄYTTÖERGONOMIA, maksimipisteet 5,00 pistettä

Käyttöergonomia kohdassa on arvioitu seuraavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat olleet laatuarvioinnissa samanarvoisia.

- laitteen valmistelun helppous
- laitteen liikuteltavuuden helppous
- laitteen toimintojen säätöjen sujuvuus

Ei eroa tarjottujen laitteiden välillä.

5,00 pistettä, Alcon Nordic AS

5,00 pistettä, Carl Zeiss Oy

Visualisointi kohdassa on arvioitu seuraavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat olleet laatuarvioinnissa samanarvoisia.

- laitteen valolähteen toiminnan sujuvuus leikkausalueella
- laitteen valolähteen näkyvyyden vaivattomuus leikkausalueelle

Carl Zeiss Oy:n tarjoama laite arvioitiin vertailussa kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi ja sai siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Alcon Nordic AS:n tarjoama laite arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi, koska sen valo on laitteen näytöllä vähemmän kirkas ja vähemmän sävykäs, mikä heikentää näkyvyyttä leikkaustilanteessa. Lisäksi laitteesta puuttuu valon päälle asetettava kotelo, joka mahdollistaa indentaation, mikä vaikuttaa laitteen käytettävyyteen.

5,00 pistettä, Carl Zeiss Oy

3,00 pistettä, Alcon Nordic AS

Vitrektori kohdassa on arvioitu seuraavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat olleet laatuarvioinnissa samanarvoisia.

- laitteen vitrektorin toiminnan sujuvuus (leikkausnopeus)
- laitteen vitrektorin käytettävyyden helppous
- laitteen vitrektorin kärjen ominaisuudet (muotoilu)

Ei eroa tarjottujen laitteiden välillä.

20,00 pistettä, Carl Zeiss Oy

20,00 pistettä, Alcon Nordic AS

Laser kohdassa on arvioitu seuraavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat olleet laatuarvioinnissa samanarvoisia.

- laitteen laserin käytettävyyden helppous
- laitteen laserin toiminnan sujuvuus

Ei eroa tarjottujen laitteiden välillä.

5,00 pistettä, Carl Zeiss Oy

5,00 pistettä, Alcon Nordic AS

Fluidiikka kohdassa on arvioitu seuraavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat olleet laatuarvioinnissa samanarvoisia.

- laitteen fluidiikan toiminnan sujuvuus
- laitteen fluidiikan käytettävyyden helppous

Alcon Nordic AS:n tarjoama laite arvioitiin vertailussa kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi ja sai siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.



Carl Zeiss Oy:n tarjoama laite arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi, koska sen fluidiikan käytettävyydessä havaittiin suurempi tarve manuaalisille muutoksille. Muutoksia (vaihtoja) ei voi suorittaa sujuvasti jalkapolkimella, mikä vaikeuttaa laitteen käyttöä ja vaikuttaa fluidiikan käytettävyyden helppouteen. Lisäksi laitteen infuusioletkun paikallaan pysyvyyden toimintavarmuus koettiin heikommaksi, mikä koetaan lisäävän hoitotyön sujuvuuden häiriöitä, kuten infuusiokatkokset tai hoidon viivästymisen. Koekäytössä havaittiin myös, että laitteen käytön aikana silmänpaine laski enemmän. Tämä koetaan vaikuttavan suoraan hoidon lopputulokseen.

15,00 pistettä, Alcon Nordic AS

9,00 pistettä, Carl Zeiss Oy