

Tarjousten vertailutaulukko - 102468 / Haavan alipaineimuhoidolaite - ja tarvikkeet

Yhteiset kriteerit/tiedot

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
TUOTTEIDEN YLEISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Tarjottujen tuotteiden on vastattava nimikkeiden nimityksiä sekä niille asetettuja pakottavia vaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden on sovelluttava käyttötarkoitukseen.												
Tuotteiden ominaisuuksia on tarkennettu joissakin kohtaa nimikkeen lisäksi käytössä olevilla esimerkkituotteilla. Esimerkkituotteita vastaavat tuotteet hyväksytään.												
Ilmoitetut kulutusmäärät ovat hankintayksiköiden arvioituja yhden (1) vuoden kulutusmääriä. Arviot perustuvat aikaisempiin materiaalikirjanpidon kulustietoihin ja varainhoitovuosien toimintasuunnitelmiin. Kulutusmäärät ilmoitetaan tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta hankintayksikölle määrästovelvoitetta, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Jos hankinta viivästyy aloitusajankohdasta, huomioidaan hankintamäärissä viivästyminen. Poikkeuksena kertakäyttöisissä haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet - ryhmissä ovat noin 14-15 vuorokauden hoitoon tarkoitettu säiliöllinen ja säiliötön laite -ja tarvikkeet sekä noin 30 vuorokauden hoitoon tarkoitettu säiliöllinen laite- ja tarvikkeet. Edellä mainituissa ryhmissä kulutusmäärä on yksi (1) kappale (KPL), sillä ryhmät ovat uusia, ja niiden kulutusmääriä ei pystytä arvioimaan.												

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankintayksiköt pidättävät oikeuden hankkia poikkeustapauksissa hoidollisista syistä myös muita kuin sopimuksen piiriin kuuluvia tuotteita. Potilasturvallisuuden takia käyttöön ei voida valita tuotteita, joista ei ole käyttökokemusta. Osa tarvikkeista voi vaatia pitkäaikaista koekäyttöä ja hankintayksikkö koekäyttää harkinnan mukaan. Tarvittaessa tehdään tuotekohtaisia hankintapäätöksiä, joissa koekäytettävä tuote kokeillaan hankintakauden aikana ja otetaan mahdollisesti käyttöön tuloksen perusteella.												
Sopimuskauden aikana markkinoille tulevat uutuustuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnössä tarjottujen tuotteiden hintatasoon. Sopimustuotteiden korvaavat tuotteet tarjotaan sopimushinnalla. Tuotteiden on täytettävä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja ne on hyväksyttävä Pohteen Konsernipalveluiden hankintapalveluilla ennen niiden liittämistä sopimukseen. Tilajalla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä toimittajan tuoteuudistuksia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Toimitusaika enintään 5 työpäivää tilauksesta		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjoaja sitoutuu antamaan GTIN-14 koodit samoin kuin tuotenumero (reffit) valituksi tulleille tuotteilleen ennen sopimuskauden alkamista		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Mikäli laskutus tapahtuu muusta EU-maasta kuin Suomesta valituksi tulleelle tuotteelle tarjoaja sitoutuu toimittamaan tullinimikkeet ja tuotteiden nettopainot.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
KOULUTUS JA TUOTETUKI												
Tuotteiden suomenkielinen ja tarvittaessa ruotsinkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tuotteille on oltava suomenkielinen ja tarvittaessa ruotsinkielinen käyttöjätuki.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Nimetyn tuote-edustajan / edustajien yhteystiedot täytettävä koko hankintayksiköiden toiminta-alueella		Arja Turunen, Territory Manager (arja.turunen@convatec.com, puh. 040 5524 684) ja Simo Liukkonen, Territory Manager (simo.liukkonen@convatec.com, puh. 050 3613 933).		Tuotepäällikkö: Leena Silvan, leena.silvan@mediq.com, 0400 833 636 Tuotespesialisti: Mari Mustonen, mari.mustonen@mediq.com, 020 112 1703 Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@mediq.com, 020 112 1510		Aluepäällikkö haavanhoito, Heidi Juusola, 040 146 8108, heidi.juusola@molnlycke.com Aluepäällikkö haavanhoito, Jonna Heiskanen, 040 187 2274, jonna.heiskanen@molnlycke.com		Key Account Manager Juha Heikkilä juha.heikkila@smith-nephew.com p.0407677943		Edustaja Maria Oikarainen, 040 760 2221 maria.oikarainen@steripolar.fi		
KOEKÄYTÖT JA NÄYTTEET												
Tarjoaja toimittaa pakottavien vaatimusten täyttämisen tarkistamiseksi pyydytetyt näytteet veloitusetta ja rahtivapaasti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjoaja toimittaa pyydytetyt tuotteet koekäyttöä varten veloitusetta ja rahtivapaasti. Näytteet on toimitettava kahden viikon kuluessa pyynnöstä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Mahdolliset koekäytöt koordinoidaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Konsernipalvelujen hankintapalvelujen toimesta koekäyttöohjeiden mukaisesti.												
TARJOUKSEN EXCEL-LIITE												
Liitteenä on excel-työkirja, johon tarjoaja täyttää tarkemmat tiedot tuotteista, kuten sidossettien koot (esim. 10x30cm,15x15cm, 15x20cm) , pakkauskoot, GTIN-koodit. (Huom. Työkirjassa on neljä taulukkoa (välilehteä)).		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		102468 Tarjouspohja_korjattu u HINNAT LIIKESALAISUUS.xlsx		10241 Pohjois-Pohjanmaan hyva_1 02468 Tarjouspohja_korjattu.xlsx		
Tarjouspyynnön excel-liitteessä on välilehti "Hinnasto", johon tarjoaja voi halutessaan antaa tarjoushinnaston tuoteryhmiin kuuluvista muista tuotteista. Hinnaston on oltava voimassa hankintakauden ajan ja sen on noudatettava samaa hinnoitteluperiaatetta tarjoushintojen kanssa. Hinnaston tuotteita ei vertailla, eivätkä ne vaikuta päätökseen. Tuotteet hankitaan tuoteryhmäkohtaisten päätösten mukaisesti sopimustoimittajilta.												

Monikäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet sairaalakäyttöön.

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vaahtosidossetti koko L (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot) Hankittava määrä 326 KPL				Liikesalaisuus				Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: VAC Dermatac GranuFoam sidossetti 108326												
Tuotenumero (REF)				M8275053/5				66800796				
Tuotenimi				V.A.C.® GranuFoam™ Large Dressing Kit				RENASYS F LARG E W/SOFT PORT				
Tuote-esitteet				1. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf				Liikesalaisuus				
Vaahtosidossetti koko XL (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot) Hankittava määrä 16 KPL				Liikesalaisuus				Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: VAC GranuFoam sidossetti 1301119												
Tuotenumero (REF)				M8275065/5				66800797				
Tuotenimi				V.A.C.® GranuFoam™ X -Large Dressing Kit				RENASYS F X/L W/SOFT PORT				
Tuote-esitteet				2. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf				17-04455_RENASYS FOAM dressing kit_FI_low.pdf				
Abdomensetti, avoimen vatsan sidossetti (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot) Hankittava määrä 34 KPL				Liikesalaisuus				Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: ABThera sidos, avoimen vatsan hoito												
Tuotenumero (REF)				ATB1055				66800980				

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotenimi				ABThera Advance sidospakkaus				RENASYS AB DRSG KIT W SOFT PORT				
Tuote-esitteet				3. ABTHERA ADVANCE Bro chure - Finland V1.pdf				17-10456_RENASYS S_AB_FI_low.pdf				
Keräyssäiliö sisältäen letkun 300-500ml Hankittava määrä 80 KPL				Liikesalaisuus				Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Esimerkituote: ActiVAC kanisteri 1301101												
Tuotenumero (REF)				M8275063/10				66801273				
Tuotenimi				InfoV.A.C.® Kani steri - 500 ml				RENASYS TCH 300ML CANISTER W SLD				
Tuote-esitteet				4. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf				16-06547_Renasys TOUCH Quic k Reference guide_FI_low.pdf				
Keräyssäiliö sisältäen letkun välillä 800ml - 1000ml Hankittava määrä 153 KPL				Liikesalaisuus				Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Esimerkituote: Info VAC Ulta kanisteri 1301104												
Tuotenumero (REF)				M8275093/5				66801274				
Tuotenimi				InfoV.A.C.® Kani steri - 1000 ml				RENASYS TCH 800ML CANISTER W SLD				
Tuote-esitteet				5. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf				16-06547_Renasys TOUCH Quic k Reference guide_FI_low.pdf				
Osa-alueen yleiset kriteerit												
HAAVAN ALIPAINEMUHOITOLAITTEEN TIEDOT												
Hankintayksikkö ei osta laitteita omaksi vaan tarvikkeiden ja sidosten hinnan tulee sisältää laitteet. Tilaaja /hankintayksikkö ei omista laitteita. Laitteet palautuvat myyjälle sopimuskauden jälkeen. Arvioitu määrä vuoden aikana on 8 kappaletta.												
Merkki, malli ja tuotenumero				3M-KCI:n V.A.C.Ulta Hoito yksikkö, ref. ULTDEV01				RENASYS TOU CH, 66801280				

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuote-esitteet				6. VACUIta FI.pdf				15-10769 RENASYS TOUCH Produ ct A4 Single Sheet_FI_low.pdf 16-06547_Renasys TOUCH Quic k Reference guide_FI_low.pdf 15-10768 RENASYS TOUCH Non-Conn A4 Detailer_FI_low_TULOSTUSVERSIO.pdf				
Alkuperämaa				Irlanti				US				
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sopimuksen alkaessa toimittaja toimittaa laitteet noin kuukauden sisällä hankintayksiköittäin tai sopimuksen mukaan.				Kyllä				Kyllä				
Alipaineen säätö välillä 25mmHg 200mmhg.				Kyllä				Kyllä				
Alipaineimun voi säätää liukuvasti jatkuvaksi tai jaksottaiseksi.				Kyllä				Kyllä				
Laitteessa on alipaineen liukuva säätömahdollisuus (ei riitä pelkästään 3 eri säätömahdollisuutta).				Kyllä				Kyllä				
Imuletkun oltava taipuisa.				Kyllä				Kyllä				
Asetuksia täytyy olla mahdollista muuttaa ja lukita potilaskohtaisesti.				Kyllä				Kyllä				
Laitteessa oltava hälytykset: vuodolle, tukokselle, säiliö täynnä, akku/virta vähissä.				Kyllä				Kyllä				
Toimittaja toimittaa hankintasopimuksen jälkeen esitteen tarvittaville osastoille/hankintayksiköille, jossa on selkeät kuvat kaikista laitteeseen kuuluvista tuotteista tuotenumeroineen.				Kyllä				Kyllä				
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.				7. ja 8. DoC_KCI_VACUIta_971397.pdf				RENASYS Touch Connect EU DoC HU_150 v4.pdf				

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
EU Declaration of Conformity.				7. ja 8. DoC_KCI_VACUIta_971397.pdf				RENASYS Touch Connect EU DoC HU_150 v4.pdf				
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön ja täytettävä muut viranomaismääräykset.				Kyllä				Kyllä				
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyys pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10			Kommentti: Laite ohjaa selkeästi laitteen käyttöä, laite on helposti säädettävä, suomenkielinen ohjauspaneeli, laite on yksinkertainen koota, koska on vain laite ja säiliö jotka yhdistetään toisiinsa.	10,000			Kommentti: Laite ohjaa selkeästi laitteen käyttöä, laite on helposti säädettävä, suomenkielinen ohjauspaneeli, laite on yksinkertainen koota, koska on vain laite ja säiliö jotka yhdistetään toisiinsa.	10,000			Manuaalinen
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												
Sidossetit pisteytyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tyynyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20			Kommentti: Sidosseteissä on haavakalvo. Tästä on etuna se, että kalvolla saadaan pitävä sidonta eli sidokset saadaan pysymään tiiviinä. Sidossetin sisältämää sientä ja kalvoja voidaan leikata haluttuun muotoon ja kokoon. Käyttäjäkokeuksena avoimen vatsan sidossetti on käytössä todettu toimivammaksi kuin vertailussa olevan Smith & Nephewn tarjoama sidossetti. Eri sidoskoot ja sidosten tyynyjen koot on hyvin ilmoitettu ja kuvattu tuote-esitteessä.	20,000			Kommentti: Sidosseteissä on haavakalvo. Tästä on etuna se, että kalvolla saadaan pitävä sidonta eli sidokset saadaan pysymään tiiviinä. Sidossetin sisältämää sientä ja kalvoja voidaan leikata haluttuun muotoon ja kokoon. Sidossetissä oleva imuportin kärki vaatii pienemmän reiän ja on pehmeä ja sitä voidaan käyttää kapeammassa paikoissa kuten esimerkiksi varpaan amputaatiohaavoissa. Eri sidoskoot ja sidosten tyynyjen koot on hyvin ilmoitettu ja kuvattu tuote-esitteessä.	20,000			Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.				Kyllä				Kyllä				
Toimittaja vastaa laitteen huollosta. Toimittajalla on mahdollista tehdä yhteistyösopimus laitteen ylläpitohuollon teettämisestä ostajan huoltoyksikön kanssa, sairaalakohtaisesti.				Kyllä				Kyllä				
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan. Mikäli käyttöohjeissa ei ole desinfiointi- ja puhdistusohjetta tulee se toimittaa erikseen.				Kyllä				Kyllä				

Osa-alueen "Monikäyttöinen haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet sairaalakäyttöön." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30			30,000	30,000			30,000	30,000			Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70			55 732,34 EUR	58,00851			46 185,00 EUR	70,000			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		Ei tarjottu		88,00851		Ei tarjottu		100,000		Ei tarjottu	
Sijoitus				2.				1.				
Valittu		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		

Monikäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet koti- ja sairaalakäyttöön.

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vaahtosidossetti koko S (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot) Hankittava määrä 740 KPL				Liikesalaisuus								Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: RENASYS-F Soft Port 66800794 , VAC Dermatac GranuFoam 1108322												
Tuotenumero (REF)				M8275051/5								
Tuotenimi				VAC GranuFoam d ressing kit S								
Tuote-esitteet				1. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf								
Vaahtosidossetti koko M (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot) Hankittava määrä 715 KPL				Liikesalaisuus								Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: RENASYS-F Soft Port 66800795, VAC Dermatac GranuFoam 1108324												
Tuotenumero (REF)				M8275052/5								
Tuotenimi				VAC GranuFoam d ressing kit M								
Tuote-esitteet				2. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf								
Vaahtosidossetti vaativiin, ahtaisiin sidontoihin esim. pakaravako (sisältäen kaikki alipaineimuhoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. letku, portti, kalvot). Setissä olevan imuletkun kärjen tulee olla ahtaisiin paikkoihin hyvin muotoutuva. Hankittava määrä 302 KPL				Liikesalaisuus								Osa-aluekohtainen
Tuotenumero (REF)				M8275042/10								

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotenimi				VAC GranuFoam Bridge sidos								
Tuote-esitteet				3. Bridge_f lyer FI.pdf								
Keräyssäiliö sisältäen letkun välillä 300ml-500ml Hankittava määrä 1506 KPL				Liikesalaisuus								Osa-aluekohtainen
Esimerkkituote: RENASYS TOUCH säiliö 66801273, ActiVAC kanisteri 1301101												
Tuotenumero (REF)				M8275058/10								
Tuotenimi				ActiVAC kanis teri 300ml								
Tuote-esitteet				4. Haavan_alipainei muhoitotuotteet.pdf								
Osa-alueen yleiset kriteerit												
HAAVAN ALIPAINEMUHOITOLAITTEEN TIEDOT												
Hankintayksikkö ei osta laitteita omaksi vaan tarvikkeiden ja sidosten hinnan tulee sisältää laitteet. Tilaaja /hankintayksikkö ei omista laitteita. Laitteet palautuvat myyjälle sopimuskauden jälkeen. Arvioitu määrä vuoden aikana on 141 kappaletta.												
Merkki, malli ja tuotenumero				3M-KCI:n ActiV.A.C.-hoi toyksikkö, ref. 416599.S								
Tuote-esitteet				5. ActiVAC - 6 0601 3rd_FI.pdf								
Alkuperämaa				Irlanti								
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sopimuksen alkaessa toimittaja toimittaa laitteet noin kuukauden sisällä hankintayksiköittäin tai sopimuksen mukaan				Kyllä								
Alipaineen säätö välillä 25mmHg 200mmhg.				Kyllä								

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Asetuksia täytyy olla mahdollista muuttaa ja lukita potilaskohtaisesti.				Kyllä								
Imuletkun oltava taipuisa.				Kyllä								
Laitteessa oltava hälytykset: vuodolle, tukokselle, säiliö täynnä, akku/virta vähissä.				Kyllä								
Toimittaja toimittaa hankintasopimuksen jälkeen esitteen tarvittaville osastoille/hankintayksiköille, jossa on selkeät kuvat kaikista laitteeseen kuuluvista tuotteista tuotenumeroineen.				Kyllä								
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.				6. ja 7. DoC_KCI_ActiVAC_971397.pdf								
EU Declaration of Conformity.				6. ja 7. DoC_KCI_ActiVAC_971397.pdf								
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön ja täytettävä muut viranomaismääräykset.				Kyllä								
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyyks pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10			Kommentti: Laite on helposti säädettävä, laite on yksinkertainen koota, koska on vain laite ja säiliö jotka yhdistetään toisiinsa. Suomenkielinen ohjauspaneeli. Ohjauspaneelin käyttäminen on monimutkaista, esimerkiksi lääkärivalikon avaaminen on hankalaa.	5,000							Manuaalinen
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidossetit pisteytyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tynnyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20			Kommentti: Sidosseteissä on puolihengittävä haavakalvo. Tästä on etuna se, että kalvolla saadaan helposti pitävä sidonta eli sidokset saadaan pysymään tiivinä. Sidossetin sisältämää sientä ja kalvoja voidaan leikata haluttuun muotoon ja kokoon. Eri sidoskoot ja sidosten tynnyjen koot on hyvin ilmoitettu ja kuvattu tuote-esitteessä.	20,000							Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.				Kyllä								
Toimittaja vastaa laitteen huollosta. Toimittajalla on mahdollista tehdä yhteistyösopimus laitteen ylläpitohuollon teettämisestä ostajan huoltoyksikön kanssa, sairaalakohtaisesti.				Kyllä								
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan. Mikäli käyttöohjeissa ei ole desinfiointi- ja puhdistusohjetta tulee se toimittaa erikseen.				Kyllä								

Osa-alueen "Monikäyttöinen haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet koti- ja sairaalakäyttöön." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30			25,000	30,000							Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70			124 783,28 EUR	70,000							Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		Ei tarjottu		100,000		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu	
Sijoitus				1.								
Valittu		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		Ei		Ei		

Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 7 vuorokauden hoitoon.

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 7 vuorokauden hoitoon. Hankittava määrä 311 KPL		Liikesalaisuus						Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Laite ja sidossetti koko 10x20cm, Sallittu poikkeama sidokselle +/- 3cm. Noin 7 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laite, tarvikkeet ja 2 kappaletta sidoksia.												
Vertailu suoritetaan kokonaisuutena laite, tarvikkeet ja sidokset noin 7 vuorokauden haavanhoitoon. Sidoksia voidaan ostaa erillisinä tarpeen mukaan. Vertailuhinta ei ole sama kuin lopullisen yksittäisen sidoksen ostohinta.												
Tarjoajan tulee tarjota sidossettien tavanomaiset peruskoot (esim. 10x30cm,15x15cm, 15x20cm) samalla hinnalla kuin vertailussa oleva sidossetti, poikkeuksena erikoiskoot kuten multisite-sidokset. Tarjoajan tulee täyttää tarkemmat tiedot sidosseteistä 102468 Tarjouspohja -exceeliin.		Kyllä						Kyllä				
Esimerkkituote: PICO 7, 66802002												
Tuotenumero (REF)		421551 ja 421554						66802002				
Tuotenimi		Avelle alipaineimulait e ja sidokset 12x21 cm						PICO 7 10cm x 20cm				
Tuote-esitteet		Liikesalaisuus						PICO Multipa ck_FI_low.pdf PICO Treatment De tailer_low_FI.pdf GMC1219a-fi PICO 7 single sh eet_(Global 2020) V07_HR.pdf PICO 7 pikaopas.pdf				
Osa-alueen yleiset kriteerit												
SIDOSSETTIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sidosten koot voivat poiketa pyydetystä +/- 3cm.		Kyllä						Kyllä				

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidokset oltava valmiita haavatyynyjä joissa on kiinteä imututti.		Kyllä						Kyllä				
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Laitteen alipaine ilmoitettava mmHg.		80 mmHg						80				
Noin 7 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laitetarvikkeet.		Kyllä						Kyllä				
Mikäli laite tarvitsee patterit, tulee ne sisältyä hintaan.		Kyllä						Kyllä				
Laitteessa oltava varoitusvalo tai ääni, jos side vuotaa tai jos virta loppuu.		Kyllä						Kyllä				
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.		Liikesalaisuus						PICO 7 EU DoC HU 142 v016 (1).pdf				
EU Declaration of Conformity		Liikesalaisuus						PICO 7 EU DoC HU 142 v016 (1).pdf				
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön soveltuva ja täytettävä muut viranomais määräykset.		Kyllä						Kyllä				
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyyks pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10	Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos.	10,000					Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos.	10,000			Manuaalinen
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidosetit pisteytyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tynnyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20	Kommentti: Sidoksissa silikonikiinnitys ja reunakalvot lisänä. Sidokset ovat jäykemmät ja paksummat, johtuen haavatyynyn materiaalista. Tästä johtuen sidoksen tiiviiksi saaminen on hankalampaa. Tuote-esitteissä ilmoitettu sekä sidoskoot että sidosten tynnyjen koot.	10,000					Kommentti: Sidoksissa silikonikiinnitys ja reunakalvot lisänä. Sidokset ovat joustavat, johtuen haavatyynyn materiaalista. Sidokset pysyvät helpommin tiiviinä. Tuote-esitteissä ilmoitettu eri sidoskoot, mutta sidosten tynnyjen kokoja ei ole ilmoitettu.	20,000			Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.		Kyllä						Kyllä				
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan.		Kyllä						Kyllä				

Osa-alueen "Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 7 vuorokauden hoitoon." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30	20,000	20,000					30,000	30,000			Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70	55 669,00 EUR	57,48603					45 717,00 EUR	70,000			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		77,48603		Ei tarjottu		Ei tarjottu		100,000		Ei tarjottu	
Sijoitus		2.						1.				
Valittu		Ei		Ei		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		

Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 14-15 vuorokauden hoitoon.

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 14-15 vuorokauden hoitoon. Hankittava määrä 1 KPL		Liikesalaisuus						Liikesalaisuus				Osa-aluekohtainen
Laite ja sidossetti koko 10x20cm, Sallittu poikkeama sidokselle +/- 3cm. Noin 14-15 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laite, tarvikkeet ja 2 kappaletta sidoksia.												
Vertailu suoritetaan kokonaisuutena laite, tarvikkeet ja sidokset noin 14-15 vuorokauden haavanhoitoon. Sidoksia voidaan ostaa erillisinä tarpeen mukaan. Vertailuhinta ei ole sama kuin lopullisen yksittäisen sidoksen ostohinta.												
Tarjoajan tulee tarjota sidossettien tavanomaiset peruskoot (esim. 10x30cm,15x15cm, 15x20cm) samalla hinnalla kuin vertailussa oleva sidossetti, poikkeuksena erikoiskoot kuten multisite-sidokset. Tarjoajan tulee täyttää tarkemmat tiedot sidosseteistä 102468 Tarjouspohja -exceliin.		Kyllä						Kyllä				
Esimerkkituote: PICO 14, 66802042												
Tuotenumero (REF)		421551 ja 421554						66802042				
Tuotenimi		Avelle alipaineimulait e ja sidokset 12x21 cm						PICO 14 10x 20cm CTN1				
Tuote-esitteet		Liikesalaisuus						19580 2PP PICO 14 leaflet V3_FIN.pdf FIN_19271_PICO_14_animation_slides_0519_pptx_743842.pdf PICO Multipa ck_FI_low.pdf				

Osa-alueen yleiset kriteerit

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
SIDOSSETTIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sidosten koot voivat poiketa pyydetystä +/- 3cm.		Kyllä						Kyllä				
Sidokset oltava valmiita haavatyynyjä joissa on kiinteä imututti.		Kyllä						Kyllä				
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Laitteen alipaine ilmoitettava mmHg		80 mmHg						80mmHg				
Noin 14-15 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laitetarvikkeet.		Kyllä						Kyllä				
Mikäli laite tarvitsee patterit, tulee ne sisältyä hintaan.		Kyllä						Kyllä				
Laitteessa oltava varoitusvalo tai ääni, jos side vuotaa tai jos virta loppuu.		Kyllä						Kyllä				
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.		Liikesalaisuus						PICO 14 HU159 V5 EU DoC.pdf				
EU Declaration of Conformity.		Liikesalaisuus						PICO 14 HU159 V5 EU DoC.pdf				
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön soveltuva ja täytettävä muut viranomaismääräykset.		Kyllä						Kyllä				
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyys pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10	Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos.	10,000					Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos.	10,000			Manuaalinen
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidosetit pisteytyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tyynyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20	Kommentti: Sidoksissa silikonikiinnitys ja reunakalvot lisänä. Sidokset ovat jäykemmät ja paksummat, johtuen haavatyynyn materiaalista. Tuote-esitteissä ilmoitettu sekä sidoskoot että sidosten tyynyjen koot.	10,000					Kommentti: Sidoksissa silikonikiinnitys ja reunakalvot lisänä. Sidokset ovat joustavat, johtuen haavatyynyn materiaalista. Sidokset pysyvät helpommin tiiviinä. Tuote-esitteissä ilmoitettu eri sidoskoot, mutta sidosten tyynyjen kokoja ei ole ilmoitettu.	20,000			Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.		Kyllä						Kyllä				
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan.		Kyllä						Kyllä				

Osa-alueen "Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 14-15 vuorokauden hoitoon." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30	20,000	20,000					30,000	30,000			Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70	179,00 EUR	70,000					214,00 EUR	58,5514			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		90,000		Ei tarjottu		Ei tarjottu		88,5514		Ei tarjottu	
Sijoitus		1.						2.				
Valittu		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		

Kertakäyttöinen, säiliöllinen, haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet noin 14 -15 vuorokauden hoitoon.

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kertakäyttöinen, säiliöllinen, haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet noin 14 -15 vuorokauden hoitoon. Hankittava määrä 1 KPL						Liikesalaisuus				361,00 EUR / KPL 361,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Laite ja sidossetti koko 10x20cm, Sallittu poikkeama sidokselle +/- 3cm. Noin 14-15 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laite, tarvikkeet ja2 kappaletta sidoksia.												
Vertailu suoritetaan kokonaisuutena laite, tarvikkeet ja sidokset noin 14-15 vuorokauden haavanhoitoon. Sidoksia voidaan ostaa erillisinä tarpeen mukaan. Vertailuhinta ei ole sama kuin lopullisen yksittäisen sidoksen ostohinta.												
Tarjoajan tulee tarjota sidossettien tavanomaiset peruskoot (esim. 10x30cm,15x15cm, 15x20cm) samalla hinnalla kuin vertailussa oleva sidossetti, poikkeuksena erikoiskoot kuten multisite-sidokset. Tarjoajan tulee täyttää tarkemmat tiedot sidosseteistä 102468 Tarjouspohja -exceeliin.						Kyllä				Kyllä		
Esimerkituote: Avance Solo aloituspakkaus												
Tuotenumero (REF)						8880050+881020				US10205		
Tuotenimi						Avance Solo -pumppu ja -s äiliö+2 kpl sidos 10x20 cm				Uno 15 vrk hoit osetti 10x20cm		
Tuote-esitteet						Liikesalaisuus				Uno broschyr.pdf Uno alipaine imulaite.pdf		
Osa-alueen yleiset kriteerit												
SIDOSSETTIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sidosten koot voivat poiketa pyydetystä +/- 3cm.						Kyllä				Kyllä		

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidokset oltava valmiita haavatyynyjä joissa on kiinteä imututti.						Kyllä				Kyllä		
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Laitteen alipaine ilmoitettava mmHg.						125 mmHg				80/125		
Noin 14-15 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laitetarvikkeet.						Kyllä				Kyllä		
Mikäli laite tarvitsee patterit, tulee ne sisältyä hintaan.						Kyllä				Kyllä		
Laitteessa oltava varoitusvalo tai ääni, jos side vuotaa tai jos virta loppuu.						Kyllä				Kyllä		
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.						Liikesalaisuus				UNO Specifications.pdf 1984-MDD-21-733 GE NADYNE EK II.3.pdf DOC-0420-001_Rev C_UNO DOC.PDF CE-DOC-UNO+ REV D_Declaration of Conformity.pdf		
EU Declaration of Conformity.						Liikesalaisuus				CE-DOC-UNO+ REV D_Declaration of Conformity.pdf		
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön soveltuva ja täytettävä muut viranomaismääräykset.						Kyllä				Kyllä		
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyys pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10											
						Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos. Voimakas käyntiääni.	5,000			Kommentti: Laite on selkeä ja helposti ohjelmoitava, lukittava näyttö, ei sisällä magneettia, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos. Käyntiääni hiljainen.	10,000	Manuaalinen

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												
Sidossetit pisteetyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tyynyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20						10,000				20,000	Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.							Kyllä				Kyllä	
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan.							Kyllä				Kyllä	

Osa-alueen "Kertakäyttöinen, säiliöllinen, haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet noin 14 -15 vuorokauden hoitoon." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO Ei tarjottu		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30					15,000	15,000			30,000	30,000	Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70					212,00 EUR	70,000			361,00 EUR	41,10803	Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		Ei tarjottu		Ei tarjottu		85,000		Ei tarjottu		71,10803	
Sijoitus						1.				2.		
Valittu		Ei		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		Kyllä Kommentti: Valitaan		

Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 30 vuorokauden hoitoon.

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoitolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 30 vuorokauden hoitoon. Hankittava määrä 872 KPL		Liikesalaisuus										Osa-aluekohtainen
Laite ja sidossetti koko 10x20cm, Sallittu poikkeama sidokselle +/- 3cm. Noin 30 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laite, tarvikkeet ja 4 kappaletta sidoksia.												
Vertailu suoritetaan kokonaisuutena laite, tarvikkeet ja sidokset noin 30 vuorokauden haavanhoitoon. Sidoksia voidaan ostaa erillisinä tarpeen mukaan. Vertailuhinta ei ole sama kuin lopullisen yksittäisen sidoksen ostohinta.												
Tarjoajan tulee tarjota sidossettien tavanomaiset peruskoot (esim. 10x30cm,15x15cm, 15x20cm) samalla hinnalla kuin vertailussa oleva sidossetti, poikkeuksena erikoiskoot kuten multisite-sidokset. Tarjoajan tulee täyttää tarkemmat tiedot sidosseteistä 102468 Tarjouspohja -excelliin.		Kyllä										
Esimerkkituote: Avelle DNPWT pumppuyksikkö 421551 ja sidos 421554												
Tuotenumero (REF)		421551 ja 421554										
Tuotenimi		Avelle alipaineimulait e ja sidokset 12x21 cm										
Tuote-esitteet		Liikesalaisuus										
Osa-alueen yleiset kriteerit												
SIDOSSETTIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Sidokset ovat steriilisti pakattuja.		Kyllä										
Sidokset oltava valmiita haavatyynyjä joissa on kiinteä imututti.		Kyllä										

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
LAITEKOHTAISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET												
Laitteen alipaine ilmoitettava mmHg.		80 mmHg										
Noin 30 vuorokauden kertakäyttösetin tulee sisältää laitetarvikkeet.		Kyllä										
Mikäli laite tarvitsee patterit, tulee ne sisältyä hintaan.		Kyllä										
Laitteessa oltava varoitusvalo tai ääni, jos side vuotaa tai jos virta loppuu.		Kyllä										
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan laite on CE-merkitty.		Liikesalaisuus										
EU Declaration of Conformity.		Liikesalaisuus										
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sairaala- ja kotikäyttöön soveltuva ja täytettävä muut viranomaismääräykset.		Kyllä										
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET												
LAITEKOHTAISET OMINAISUUDET, maksimipisteet 10 pistettä.												
Laitteen käytettävyys pisteytyksellä 10p. erinomainen 5p. hyvä 0p. kohtalainen Arvioinnissa huomioidaan laitteen käytettävyyttä: laite on helposti säädettävä ja koottava.	10	Kommentti: Laite on helppokäyttöinen, yksinkertainen liittää osat yhteen ja vain yksi liitos.	5,000									Manuaalinen
SIDOSSETTIEN OMINAISUUDET, maksimipisteet 20 pistettä.												

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sidosetit pisteytyksellä 20p. erinomainen 10 p. hyvä 0p. kohtalainen Asiantuntijat arvioivat sidossetin ominaisuuksien soveltuvuutta käyttötarkoitukseen kuten sidosten kiinnitettävyyttä sekä sidosten tiiviinä pysyminen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan miten eri sidoskoot ja sidosten tynnyjen koot ovat tuote-esitteessä ilmoitettu.	20	Kommentti: Sidoksissa silikonikiinnitys ja reunakalvot lisänä. Sidokset ovat jäykemmät ja paksummat, johtuen haavatyynyn materiaalista. Tästä johtuen sidoksen tiiviiksi saaminen on hankalampaa. Tuote-esitteissä ilmoitettu sekä sidoskoot että sidosten tynnyjen koot.	10,000									Manuaalinen
TAKUU JA HUOLTO												
Toimimaton laite vaihdetaan pyynnöstä uuteen veloituksetta. Toimittaja on velvollinen toimittamaan uuden laitteen.		Kyllä										
KÄYTTÖOHJEET												
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan. Myös pikaohjeet laitteen käyttöön potilaille/osastoille suomenkielellä sisältyvät hintaan.		Kyllä										

Osa-alueen "Kertakäyttöinen haavan alipaineimuhoidolaite- ja tarvikkeet, ilman säiliötä, noin 30 vuorokauden hoitoon." vertailun yhteenveto

		ConvaTec Oy 019/2023TO		Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0 Ei tarjottu		Mölnlycke Health Care Oy Ei tarjottu		Smith Nephew Oy Ei tarjottu		Steripolar Oy Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	30	15,000	30,000									Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	70	229 336,00 EUR	70,000									Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		100,000		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu	
Sijoitus		1.										
Valittu		Kyllä Kommentti: Valitaan		Ei		Ei		Ei		Ei		

Muut ehdot

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAN PERUSTIEDOT					
Virallinen nimi	Convatec Oy, 1644589-9, Ka rhumäentie 3, 01530 Vantaa	Mediq Suomi Oy Y-tunnus 2285192-2 Vuoritontunkuja 6 , 02200 ESPOO PL 115, 02201 ESPOO Kotipaikka Espoo	Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 H elsinki. Y-tunnus 0207465-2. Kotipaikka Mikkeli.	Smith&Nephew Oy Lentäjätie 1 , 3.krs. 01530 Vanta a. Kotipaikka: Vantaa, Suomi. Y-tunnus:1054977-7	Steripolar Oy, 0603924-8 Sin imäentie 8, PL 3 02630 Espoo
Tarjouksen numero/tunnus	019/2023TO	102468 / Haavan alipaineimuhoitolaite - ja tarvikkeet, TN2-23-584614-0	26072023	2143	Tarjousno 10241 / viitenro 102468
Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen	Tuotteisiin liittyvissä asioissa Arja Turunen, Territory Manager (arja.turunen@convatec.com, puh. 040 5524 684) ja Simo Liukkonen, Territory Manager (simo.liukkonen@convatec.com, puh. 050 3613 933). Sopimukseen liittyvissä asioissa Tiia-Maria Olsson, Market Access Manager (tiia-maria.olsson@convatec.com/tarjoukset@convatec.com, puh. 050 3614 396)	Sopimusasiat: tarjouspäällikkö Johanna Ahro, tarjoukset@mediq.com, 020 112 1522 Tuotteet: Tuotepäällikkö Leena S ilvan, leena.silvan@mediq.com, 0400 833 636 Tuotespesialisti Mari Mustonen, mari.mustonen@mediq.com, 020 112 1703	Aluepäällikkö haavanhoito, Heidi Juusola, 040 146 8108, heidi.juusola@molnlycke.com Al uepäällikkö haavanhoito, Jonna Heiskanen, 040 187 2274, jonna.heiskanen@molnlycke.com	Key Account Manager Juha Heikkilä juha.heikkila@smith-nephew.com p.040 767 7943	Tuija Pärevalo tuija.parevalo @steripolar.fi 040 530 0202
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.	tilaukset.fi @convatec.com	asiakaspalve lu@mediq.com	csc.fi@molnlycke.com	tilaus@smit h-nephew.com	steripolar@s teripolar.fi
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero	Riitta Suhonen, Product Manager (riitta.suhonen@convatec.com, puh. 050 3273 111)	Marika Tiirikainen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, marika.tiirikainen@mediq.co m, 050 429 2847 Kirsi Grön, myyntijohtaja, kirsi.gron@mediq.com, 050 552 3557	Toimitusjohtaja Timo Saahko, timo.saahko@molnlycke.com, 040 358 2126.	Pasi Lehvonen, Country Director Finland. p asi. lehvonen@smith-nephew.com p. 0405847802	Kaj Dahlström, toimitusjohtaja kaj.dahlstrom@steripolar.fi 0400 446 098
PAKOLLISET VAATIMUKSET					
Tarjoaja					
Toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomais määräyksiä ja ohjeita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on merkitty ennen tarjouksen jättämistä sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaassaan maan lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja verot sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, sosiaaliturva- ja eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. (Katso ESPD, IV osa Valintaperusteet, B: kohta Muut taloudelliset ja rahoituskelliset vaatimukset)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. (Katso ESPD, IV osa Valintaperusteet, B: kohta Muut taloudelliset ja rahoituskelliset vaatimukset)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Hankintayksikkö pyytää tilaajavastuulain vaatimat selvitykset erikseen tarjoajalta. viimeistään ennen sopimuksen solmimista, elleivät tiedot ilmene Luotettava kumppani- tai vastaavasta palvelusta. Jos tarjoaja on rekisteröitynyt asianmukaisesti Luotettava Kumppani - tai vastaavaan palveluun, tilaajavastuulain mukaiset tiedot tarkistetaan sieltä sopimuskauden aikana säännöllisesti. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan vuosittain ilman erillistä pyyntöä tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli ei ole rekisteröitynyt em. palveluun tai jos raportissa on puutteelliset tiedot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Hankinta- ja kaupalliset ehdot					

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Kiinteät tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouspyynnössä ilmoitetulle yksikölle. Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Kaikki alennukset ja Tilaajalta veloittavat kulut on sisällytettävä yksikköhintaan. Laskutushinnan on oltava samalla desimaalitarkkuudella kuin tarjoushinnan. Mikäli laskutetaan pakkaushinnalla, yksikköhinnan on oltava sama kuin tarjoushinnan.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksuehto on 30 pv netto.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimitusmaksut, käsittely- ja laskutuslisät ja muut vastaavat kulut sisältyvät hintaan.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskut lähetetään verkkolaskuina. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle verkkolaskutus on pakollinen vaatimus. Mikäli ette omasta järjestelmästäne pysty lähettämään verkkolaskuja, käytössämme on Baswaren verkkolaskupalvelu, johon voitte rekisteröityä ja toimittaa sitä kautta laskut verkkolaskuina. Tarkempaa ohjeistusta löytyy linkistä: https://portal.basware.com/open/supplier	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö. Kuormalavat katsotaan pakkausmateriaaliksi, joka sisältyy toimitusehtoon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jos tilauksella on sopimustuotteiden lisäksi sopimuksettomia tuotteita, toimitusehto on TOP. Toimitusmaksun voi periä vain tilauksista, joissa on yksinomaan sopimuksettomia tuotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kohtuullinen kiinteä porrastamaton toimitusmaksu per toimituspiste hyväksytään alle 300 euron (alv 0 %) tilauksille. Kohtuulliseksi katsotaan alalla yleisesti käytössä olevat kuljetushinnat. Peritäänkö toimitusmaksu?	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Ilmoita toimitusmaksun määrä		18,5 € / kerta	20 € / kerta		
Muut					
Jos laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa/hankintayksikkö kolmen kuukauden aikana, on Tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen osalta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjottavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista määrittää.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jätelaki velvoittaa tuotannon harjoittajaa, valmistajaa, maahantuojaa ja viranomaisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se on vaaratonta ja kierrätettävää.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on veloitettu huolehtimaan siitä, ettei kuljetettavaksi lähetettyä lähetystä pureta tai jaeta pienempiin eriin kuljetusliikkeen toimesta. Lähetys on toimitettava kuljetusasiakirjojen mukaisena kokonaisuutena tavarantoimittajalta vastaanottajalle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja käyttää alihankkijoita.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Alihankkijat täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, ja toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.					
Alihankkijan Y-tunnus					
Alihankkijan virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Minkä osan palvelusta tms. alihankkija suorittaa? Kuvaa alihankkijan suorittamat tehtävät.					
Selvitys, miten tarjoaja valvoo alihankkijan toimintaa					
Tarjous annetaan ryhmittymänä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Kuvaus ryhmittymän jäsenten välisestä yhteistyöstä. Kuvaa kunkin jäsenen rooli ja tehtävät.					
Ryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuullisessa vastuussa hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.					
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista ryhmittymän jäsenistä eli Luotettava Kumppani-raportti tai edellä luetellut selvitykset					
Tarjoaja on ulkomainen yritys	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Suomen kielelle käännetty sijoittautumismaan viranomaisen antama kaupparekisteriote tai vastaava.					
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin sijoittautumismaasta.					

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys sijoittautumismaan viranomaisen antamista todistuksista työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.					
Suomen kielelle käännetty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.					
Suomen kielelle käännetty selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.					
Jos tarjoaja lähettää Suomeen työntekijöitä, tarjoaja sitoutuu antamaan suomen kielelle käännetyn todistuksen työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen hankintasopimuksen tekemistä.					
Lisäksi tarjoaja sitoutuu koko mahdollisen sopimuskauden ajan antamaan suomen kielelle käännetyt todistukset työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suomessa.					
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan ostajalle maksutta suomen kielelle käännettyä tilaajavastuulain mukaiset muut selvitykset koko sopimuskauden ajan.					
Ulkomaisella Tarjoajalla on suomalainen Y-tunnus.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

	ConvaTec Oy 019/2023TO	Mediq Suomi Oy TN2-23-584614-0	Mölnlycke Health Care Oy	Smith Nephew Oy	Steripolar Oy
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Selvitys merkinnästä ennakkoperintäreksiteriin (Suomesta saatava).					
Selvitys merkinnästä työnantajareksiteriin (Suomesta saatava).					
Selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin (Suomesta saatava)					
Verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (Suomesta saatava).					
Yleiset sopimusehdot					
Tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Päätöksen teko pisteiden mennessä tasan. Mikäli kokonaispisteissä päädytään tasapisteisiin, valitaan hinnaltaan halvin. Mikäli myös hinta on sama, suoritetaan valinta arpomalla.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muilta osin hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio huhtikuu 2022).	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä