

## Allekirjoitusten yhteenveto

### Prosessin tiedot

#### Allekirjoitusten tunniste

9eb97e28-3bd9-4a89-ad13-21a1728c356d

#### Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Autoklaavi (Monetra E59/2023/Autoklaavi Pohjois-Pohjanmaan hyv)

Kuvaus:

### Allekirjoitukset

**SIRPA AITTOLA** (sirpa.aittola@pohde.fi +358 405363457)

Varmennustapa: FINEID

Aika: 15.02.2024 12:13

### Liitteet

**Paatos\_158239.pdf** (Paatos\_158239.pdf)

## Hankintapäätös Autoklaavi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Monetra E59/2023

Autoklaavin hankinta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Oulun yliopistollinen sairaala, Monetra E59/2023

### Päätösnumero Monetra E59/2023

Autoklaavin hankinta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Oulun yliopistollinen sairaala, Monetra E59/2023

### Päätös tehty

14.2.2024

### Ilmoitus julkaistu

8.12.2023 11:29:43

14.12.2023 13:51:21 lisättiin tarjouspyyntöön liitteeksi pohjakuvat

### Selostus asiasta

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut on kilpailuttanut autoklaavin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuoltoon.

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintapäätös on ehdollinen siten, että hankinta toteutetaan mikäli sille myönnetään riittävä määräraha talousarvioissa.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa sekä tarjouspyyntö Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliissa 8.12.2023

Tarjousten jätön määräaikaan 9.1.2024 klo: 12.00 mennessä saapui kolme (3) tarjousta, joista kaikki hyväksyttiin mukaan vertailuun.

### Toimivallan peruste

Sairaanhoidollisten palvelujen delegointi- ja toimintasäännön 29.6.2023 (24/2023) liitteen 1 kohdan 1 perusteella toimivalta asiassa on palvelualuejohtajalla.

### Päätös perusteluineen

Päätän Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden suorittaman kilpailutuksen perusteella valita toimittajaksi Clinichem Oy Ltd.

Hankittava autoklaavi on S1008E-2 / EN-285, 78335.

Autoklaavi 75.400,00€ (alv 0%), lastausvaunut 2 kpl 4.500,00€ (alv 0%).

Hankinnan kokonaisarvo on 79.900,00€ (alv 0%).

Päätöksen perusteena olivat tarjouspyynnössä mainitut seikat tärkeysjärjestyksessä:

hinta, toiminnalliset ominaisuudet (arvioidaan mm. äänistasoa, kosketusnäytön toimintaa, I/O-kanavien näyttöä ja suoraohjausta, vikatilanteiden simulointia, huollon vasteaikaa).

Kaikki tarjotut autoklaavit täyttivät hankinnalle asetetut pakottavat vaatimukset.

Tarjottujen laitteistojen hinnat käyvät ilmi liitteenä olevasta vertailusta.

Valittu autoklaavi on tarjotuista edullisin.

Vertailtavat kokonaisuudet (autoklaavi, lastausvaunut, käyttökustannuslaskelma):

Clinichem Oy Ltd 89.596,40€ (alv 0%)

Getinge Oy 98.507,00€ (alv 0%)

Miele Oy 109.961,20€ (alv 0%)

Asiantuntijoina toimivat huoltomestari Mikko Sassi, palvelupäällikkö Anne Latva, palveluesimies Minna Lehto ja hankinta-asiantuntija Outi Palukka.

Hankintapäätös saadaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi.

## Valittu toimittaja/toimittajat

Clinichem Oy Ltd

## Allekirjoittajat

Sirpa Aittola, palvelualuejohtaja

## Tiedoksiantaminen

Tarjoajat

## OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Liitteenä