

**161648 Dialyysitarvikkeet**

Laadun arviointitaulukko nimikkeessä 019877 KATETRISETTI HEMODIAL PITAIIK SUOR 2-TIE

Arvioitava asia	Becton Dickinson Finland Oy	ProMedical Oy
Katetrin asentaminen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä, ohjainvaijeri jäykkä mutta muuten hyvä. Dilataattorit ja peelaway-sheath ihan sopivat, hyvä venttiili. Katetri melko jäykkä. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä. Ohjainvaijeri hyvä, mitta-asteikko tarpeellinen. Tunnelointipuikko tukeva, suora ja helposti laitettava, johon katetri kiinnittyy hyvin ja läpiveto ongelmaton. Dilataattorit ovat kudosläpäisevyydeltään riittävän terävät ja jäykkyydeltään sopivat.  <b>Pisteet:</b> 10
Katetrin kasvaminen kiinni kudokseen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Katetri kiinnittyy kohtalaisesti.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Keskimäärin hyvä kiinnittyvyys, mutta osalla potilaista liukunut ulos.  <b>Pisteet:</b> 5
Katetrin käytettävyys 20 p, katetri on helposti puhdistettava, materiaali on potilaalle miellyttävä ei teräviä kohtia, verenvirtaus vähintään 300 ml/min, ulkoisten osien korjaus erillisellä korjaussetillä (erinomainen 20 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus 250-350ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus useimmilla potilailla 250ml/min. Maksimissaan 300ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5
	<b>Becton Dickinson Finland Oy</b>	<b>ProMedical Oy</b>
	<b>Pisteet yhteensä: 15</b>	<b>Pisteet yhteensä: 20</b>

**161648 Dialyysitarvikkeet**

Laadun arviointitaulukko nimikkeessä 019877A KATETRISETTI HEMODIAL PITAİK SUOR 2-TIE

Arvioitava asia	Becton Dickinson Finland Oy	ProMedical Oy
Katetrin asentaminen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä, ohjainvaijeri jäykkä mutta muuten hyvä. Dilataattorit ja peelaway-sheath ihan sopivat, hyvä venttiili. Katetri melko jäykkä. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä. Ohjainvaijeri hyvä, mitta-asteikko tarpeellinen. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton. Dilataattorit ovat kudosläpäisevyydeltään riittävän terävät ja jäykkyydeltään sopivat.  <b>Pisteet:</b> 10
Katetrin kasvaminen kiinni kudokseen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Katetri kiinnittyy kohtalaisesti.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Keskimäärin hyvä kiinnittyvyys, mutta osalla potilaista liukunut ulos.  <b>Pisteet:</b> 5
Katetrin käytettävyys 20 p, katetri on helposti puhdistettava, materiaali on potilaalle miellyttävä ei teräviä kohtia, verenvirtaus vähintään 300 ml/min, ulkoisten osien korjaus erillisellä korjaussetillä (erinomainen 20 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus 250-350ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus useimmilla potilailla 250ml/min. Maksimissaan 300ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5
	<b>Becton Dickinson Finland Oy</b>	<b>ProMedical Oy</b>
	<b>Pisteet yhteensä: 15</b>	<b>Pisteet yhteensä: 20</b>

**161648 Dialyysitarvikkeet**

Laadun arviointitaulukko nimikkeessä 019877B KATETRISETTI HEMODIAL PITAIK SUOR 2-TIE

Arvioitava asia	Becton Dickinson Finland Oy	ProMedical Oy
Katetrin asentaminen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä, ohjainvaijeri jäykkä mutta muuten hyvä. Dilataattorit ja peelaway-sheath ihan sopivat, hyvä venttiili. Katetri melko jäykkä. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä. Ohjainvaijeri hyvä, mitta-asteikko tarpeellinen. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton. Dilataattorit ovat kudosläpäisevyydeltään riittävän terävät ja jäykkyydeltään sopivat.  <b>Pisteet:</b> 10
Katetrin kasvaminen kiinni kudokseen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Katetri kiinnittyy kohtalaisesti.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Keskimäärin hyvä kiinnittyvyys, mutta osalla potilaista liukunut ulos.  <b>Pisteet:</b> 5
Katetrin käytettävyys 20 p, katetri on helposti puhdistettava, materiaali on potilaalle miellyttävä ei teräviä kohtia, verenvirtaus vähintään 300 ml/min, ulkoisten osien korjaus erillisellä korjaussetillä (erinomainen 20 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus 250-350ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus useimmilla potilailla 250ml/min. Maksimissaan 300ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5
	<b>Becton Dickinson Finland Oy</b>	<b>ProMedical Oy</b>
	<b>Pisteet yhteensä: 15</b>	<b>Pisteet yhteensä: 20</b>

**161648 Dialyysitarvikkeet**

Laadun arviointitaulukko nimikkeessä 019877C KATETRISETTI HEMODIAL PITAIK SUOR 2-TIE

Arvioitava asia	Becton Dickinson Finland Oy	ProMedical Oy
Katetrin asentaminen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä, ohjainvaijeri jäykkä mutta muuten hyvä. Dilataattorit ja peelaway-sheath ihan sopivat, hyvä venttiili. Katetri melko jäykkä. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Punktioneula hyvä. Ohjainvaijeri hyvä, mitta-asteikko tarpeellinen. Tunnelointipuikko tukeva, katetri kiinnittyy siihen hyvin ja läpiveto ongelmaton. Dilataattorit ovat kudosläpäisevyydeltään riittävän terävät ja jäykkyydeltään sopivat.  <b>Pisteet:</b> 10
Katetrin kasvaminen kiinni kudokseen 10 p (erinomainen 10 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Katetri kiinnittyy kohtalaisesti.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Keskimäärin hyvä kiinnittyvyys, mutta osalla potilaista liukunut ulos.  <b>Pisteet:</b> 5
Katetrin käytettävyys 20 p, katetri on helposti puhdistettava, materiaali on potilaalle miellyttävä ei teräviä kohtia, verenvirtaus vähintään 300 ml/min, ulkoisten osien korjaus erillisellä korjaussetillä (erinomainen 20 p, kohtalainen 5 p, heikko 0 p).	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus 250-350ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5	<b>Arviointi:</b> Materiaali ja puhdistettavuus hyvä. Verenvirtaus useimmilla potilailla 250ml/min. Maksimissaan 300ml/min.  <b>Pisteet:</b> 5
	<b>Becton Dickinson Finland Oy</b>	<b>ProMedical Oy</b>
	<b>Pisteet yhteensä: 15</b>	<b>Pisteet yhteensä: 20</b>