

Osa-alue: Leikkauksen aikaisen paikallisen kudoshappeutumisen non-invasiivinen seurantajärjestelmä (NIRS)		Mediq Suomi Oy	Medtronic Finland Oy		
Kohde 1: Non-invasiivinen seurantajärjestelmä (NIRS), 2-kanavainen	Maksimi pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta		1 500,00		Liikesalaisuus	
Hankittava määrä 13 kpl		19 500,00		Liikesalaisuus	
LAITETIEDOT					
Tuotenumero.		Masimo ROOT, tn. 40010833 Masimo O3-moduuli, tn. 40012245 Masimo O3-moduulin pidike, tn. 10032363 Masimo USB-kaapeli, tn. 10035323		Liikesalaisuus	
Tuotenimitys.		Masimo ROOT modulaarinen potilasvalvontamonitori		Liikesalaisuus	
Kohde 2: Non-invasiivinen seurantajärjestelmä (NIRS), 4-kanavainen	Maksimi pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta		2 500,00		Liikesalaisuus	
Hankittava määrä 8 kpl		20 000,00		Liikesalaisuus	
LAITETIEDOT					
Tuotenumero.		Masimo ROOT, tn. 40010833 Masimo O3-moduuli, tn. 40012245 Masimo O3-moduulin pidike, tn. 10032363 Masimo USB-kaapeli, tn. 10035323		Liikesalaisuus	
Tuotenimitys.		Masimo ROOT modulaarinen potilasvalvontamonitori		Liikesalaisuus	
Kohde 3: non-invasiivisen seurantajärjestelmän (NIRS, 2-kanavainen ja 4-kanavainen) laitetarvikkeet	Maksimi pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
non-invasiivisen seurantajärjestelmän (NIRS, 2-kanavainen ja 4-kanavainen) laitetarvikkeet		444 525,00		Liikesalaisuus	
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET (kohteet 1 ja 2 vertaillaan kokonaisuutena).					
Laitteen käyttöönotto					
Lähtöarvojen syöttämisen ja tallentamisen loogisuus.	2,00		1,20		2,00
Näytön muokkaamisen mahdollisuus käyttäjän tarpeiden mukaisesti.	2,00		2,00		1,20
Laitteen mittausarvot ja trendit					
Numeroiden luettavuuden selkeys (mm. fonttikoko, kontrasti).	3,00		3,00		3,00
Trendikäyrien näkyvyys ja muutosten hahmotettavuuden selkeys.	3,00		1,80		3,00
Numeroiden ja käyrien siirtymisen toimivuus Philipsin potilasvalvontamonitorille.	3,00		3,00		3,00
Laitteen anturi					
Anturin käytön helppous (mm. anturin koko suhteessa käyttöalueeseen ja sen pysyvyys iholla).	4,00		4,00		4,00
Laitteen sijoittuminen leikkaussaliympäristöön					
Laitteen koko ja johtojen ulottuvuus potilaaseen.	3,00		3,00		3,00
Laatupisteet	20,000		18,00		19,20
Hintapisteet	80,000	484 025,00	80,00	611 189,48	63,36
Hintapisteet + Laatupisteet yhteensä	100,000		98,00		82,56