

Allekirjoitusten yhteenveto

Prosessin tiedot

Allekirjoitusten tunniste

be26f5fa-9adc-4e4d-89a8-d76293217d86

Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit (114238)

Kuvaus:

Allekirjoitukset

PÄIVI SIVONEN (paivi.sivonen@pohde.fi +358 403185237)

Varmennustapa: FINEID

Aika: 21.08.2024 13:19

Liitteet

Paatos_166983.pdf (Paatos_166983.pdf)

114238 Sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit vertailutaulukko hankintapäätökselle.xlsx
(114238 Sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit vertailutaulukko hankintapäätökselle.xlsx)

Pohde - Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohje (EU+kansallinen).pdf (Pohde - Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohje (EU+kansallinen).pdf)

Hankintapäätös

Hankintapäätös, Hankintapäätös, 114238 Sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit

Hankintayksikkö

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hankinnan nimi

114238, Sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit

Hankinnan osa-alueet:

Sterilointilaitteen kontrollontitarvike

Sterilointiprosessin kontrollointitarvike

Merkintätarvike

Steriloinnin pakkausmateriaali paperi/laminaatti sekä tyvek/matalalämpö

Steriloinnin pakkausmateriaali muut

- Sterilointipussit ja -letkut, kuitukangas

- Sterilointipussit ja -letkut, synteettinen / laminaatti

- Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet, synteettiset

- Sterilointikääre yhd saumattu synt-synt

- Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet; muut materiaalit, myös synteettinen - muut materiaalit yhdistelmät

Sterilointikori, sterilointilaatikko

Sterilointipakkauksen suljenta

Instrumenttien puhdistus ja huolto

Endoskooppien puhdistusharjat

Pesu ja desinfektio kontrollointitarvike

Endoskooppien puhdistusharjat

Muut välinehuollon tarvikkeet

Tarrat

Ilmoitus julkaistu

29.1.2024 11:28:36

Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 3.3.2024 16:00:00 mennessä saapui 13 tarjousta / hakemusta.

ASP Finland Oy

Auraprint Oy

B. Braun Medical Oy

Getinge Finland Oy

Kaiko Oy

Labema Oy

Labo Line Oy

Mediq Suomi Oy

OneMed Oy

Optiscan Oy

Otoplug Oy

Oy Vestek Ab

Vingmed Oy

Päätös laadittu

20.8.2024

Toimivallan peruste

Päätösvaltaa ei ole delegoitu: Hallintosäännön 78 § 5 momentin 3 kohdan perusteella päätöstoimivalta asiassa on konsernipalvelujen hankintapäälliköllä.

Päätös

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) on kilpailuttanut sterilointitarvikkeet ja -pakkausmateriaalit ajalle 1.5.2024-30.4.2026, sisältäen mahdollisuuden kahden (2) erillisen optiovuoden käyttöön. Vertailun viivästymisen johdosta varsinainen hankintakausi alkaa arvioilta 16.9.2024 ja kestää 15.9.2026 asti, jolloin optiovuodet koskevat kausia 16.9.2026-15.9.2027 ja 16.9.2027-15.9.2028.

Hankinnassa on mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lisäksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Soite), Lapin hyvinvointialue (Lapha) sekä Kainuun hyvinvointialue.

Sopimustoimittajiksi valitaan:

Sterilointilaitteen kontrollontitarvike

- HÖYRYAUTOKLAAVIN TYHJIÖTESTIPAK. KK >60L: 1. Labo Line Oy, 2. OneMed Oy

Sterilointiprosessin kontrollontitarvike

- STERILOINTI-INDIK KEM HÖYRY TYYPPI 4: 1. Labo Line Oy, 2. OneMed Oy

- STERILOINTI-INDIK KEM HÖYRY TYYPPI 5: 1. Labo Line Oy, 2. Oy Vestek Ab

- STERILOINTI-INDIKAATTORI BIOLOG HÖYRY: 1. Labo Line Oy

- STERILOINTI-INDIKAATTORI BIOL VH202: ASP Finland Oy

Merkintätarvike: 1. Mediq Suomi Oy, 2. Oy Vestek Ab

Steriloinnin pakkausmateriaali paperi/laminaatti sekä tyvek/matalalämpö

- STERILOINTIPUSSIT JA -LETKUT, PAPERI / LAMINAATTI: 1. Mediq Suomi Oy

- STERILOINTIPUSSIT JA -LETKUT TYVEK / MATALALÄMPÖ: 1. Mediq Suomi Oy, 2. OneMed Oy

Steriloinnin pakkausmateriaali muut

- Sterilointipussit ja -letkut, kuitukangas

* STERILOINTIPUSSI KUITUKANGAS SILEÄ: 1. Mediq Suomi Oy

* STERILOINTIPUSSI ROBOTTI-INSTRUMENTEILLE: 1. Mediq Suomi Oy

- Sterilointipussit ja -letkut, synteettinen / laminaatti: 1. OneMed Oy

- Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet, synteettiset: Hankinta keskeytetään Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet, synteettiset osalta tarjouspalvelussa ja Excelissä olleiden ristiriitojen vuoksi. Tarjouspalvelussa on ilmoitettu vertailuperusteena ryhmäkohtainen vertailu, tarjousexcelissä rivikohtainen vertailu. Tämä on voinut asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan, jolloin tasavertaista päätöstä ei voida tehdä.

- Sterilointikääre yhd saumattu synt-synt: 1. Vingmed Oy

- Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet; muut materiaalit, myös synteettinen - muut materiaalit yhdistelmät: 1. OneMed Oy

Sterilointikori, sterilointilaatikko

- INSTRUMENTTIKONTAINERIN SUODATIN KK: 1. B. Braun Medical Oy, 2. Kaiko Oy

- INSTRUMENTTIKONTAINERIN SUODATIN MK: 1. B. Braun Medical Oy

- STERILOINTISINETTI KONTAINERIIN: 1. Oy Vestek Ab, 2. B. Braun Medical Oy

- STERILOINTI INDIKAATTORI KONTAINERIN: 1. Labo Line Oy, 2. Kaiko Oy

- INDIKAATTORIKORTTI INSTRUM.KONTAINERIIN: 1. Kaiko Oy, 2. B. Braun Medical Oy

- STERILOINTIKORIN TARVIKE: 1. OneMed Oy, 2. Mediq Suomi Oy

Sterilointipakkauksen suljenta

- STERILOINTISULKUTEIPPI 25MM: 1. Mediq Oy, 2. Oy Vestek Ab

- STERILOINTI-INDIK.TEIPPI HÖYRY 25 MM: 1. Mediq Oy, 2. Oy Vestek Ab

- STERILOINTI-INDIK.TEIPPI VH202: 1. OneMed Oy, 2. Labema Oy

Instrumenttien puhdistus ja huolto: 1. B. Braun Medical Oy, 2. Otoplug Oy

Endoskooppien puhdistusharjat: Hankinta keskeytetään Sterilointikääreet ja -yhdistelmäkääreet, synteettiset osalta tarjouspalvelussa ja Excelissä olleiden ristiriitojen vuoksi. Tarjouspalvelussa ei ole ollut nähtävillä kaikkia vertailtavia nimikkeitä. Tämä on voinut asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan, jolloin tasavertaista päätöstä ei voida tehdä.

Pesu ja desinfektio kontrollointitarvike

- PINTAPUHTAUSTESTI: 1. Labema Oy
- PESUKONEEN KONTROLLOINTI: 1. Kaiko Oy, 2. Oy Vestek Ab

Muut välinehuollon tarvikkeet

- STERILOINTIKASETTI MATALALÄMPÖ: 1. ASP Finland Oy

Tarrat

- T-DOC ETIKETTITARRA ISO INDIKAATTORILLA: 1. Auraprint Oy, 2. Getinge Finland Oy
- ETIKETTITARRA ISO INDIKAATTORILLA (Kainuu): 1. Optiscan Oy
- T-DOC ETIKETTITARRA PIENI INDIKAATTORILLA: 1. Getinge Finland Oy
- ETIKETTITARRA PIENI INDIKAATTORILLA (Kainuu): 1. Optiscan Oy
- VÄRINAUHA PIENILLE TULOSTIMILLE: 1. Optiscan Oy
- 2D DATAMATRIX INSTRUMENTTITARRA: 1. Oy Vestek Ab, 2. Getinge Finland Oy

Päätöksen perustelut

Toimittajat on valittu etusijajärjestykseen, joka määräytyy halvimman hinnan perusteella. Näytteiden tarkastelussa ja koekäytöissä on huomioitu pakottavat vaatimukset. Nimikkeille on valittu 1-2 toimittajaa.

STERILOINTI-INDIKAATTORI BIOLOG HÖYRY:

OneMed Oy:n tarjoama tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että itiöampullia ei saanut rikottua, jolloin se ei sovellu käyttötarkoitukseen.

Getinge Finland Oy:n tarjous hylätään, koska tarjous ei täytä pakottavaa vaatimusta: Tarjoajan tulee tarjota yhteishinta testille ja inkubaattorille sekä hinnat erikseen tilattuna testille ja inkubaattorille (testi 50 kpl + inkubaattori, tämä vertaillaan). Hintaa inkubaattorille ei ole annettu.

STERILOINTI-INDIKAATTORI BIOL VH202:

OneMed Oy:n tarjoama tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että itiöampullia ei saanut rikottua, jolloin se ei sovellu käyttötarkoitukseen.

STERILOINTIPUSSIT JA -LETKUT, PAPERI / LAMINAATTI:

OneMed Oy:n tarjoama tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että tuotteen materiaali on liukas molemmilta puolilta. Sauma pakenee saumauslaitteessa. Saumaan tulee pystyviiltoja, eikä voi olla varma, onko tuote käytettävissä. Tuote ei sovellu käyttötarkoitukseen.

STERILOINTIPUSSI KUITUKANGAS SILEÄ:

OneMed Oy:n tarjous hylätään. Kokoa 270x440 ei ole tarjolla.

STERILOINTIKÄÄREET JA -YHDISTELMÄKÄÄREET, SYNTEETTISET:

Hankinta keskeytetään STERILOINTIKÄÄREET JA -YHDISTELMÄKÄÄREET, SYNTEETTISET osa-alueen osalta.

Tarjouspalvelussa on ilmoitettu vertailuperusteena ryhmäkohtainen vertailu, tarjousexcelissä rivikohtainen vertailu. Tämä on voinut asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan, jolloin tasavertaista päätöstä ei voida tehdä.

Tarjouspyynnön 114238 perusteella saadut tarjoukset eivät ole tämän osa-alueen osalta julkisia asianosasisille ennen kuin uuden kilpailutuksen (ei vielä aloitettu) perusteella annettu hankintapäätös on allekirjoitettu. Muille asiakirjat tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun uusi hankintasopimus on allekirjoitettu. Hankintayksikkö luokittelee asiakirjat salassa pidettäviksi, koska ne sisältävät tietoja, joiden antaminen heikentäisi julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin (Julkisuuslaki 24 § 1 mom 17 kohta).

STERILOINTIKÄÄREYHD SAUMATTU SYNT-SYNT:

Oy Vestek Ab:n tarjous hylätään. Kaikkia vaadittuja kokoja ryhmäpäätökseen ei ole tarjolla. Puuttuu koko 60x60 sekä 101x119.

OneMed Oy:n tarjous hylätään. Kaikkia vaadittuja kokoja ryhmäpäätökseen ei ole tarjolla. Puuttuu koko 101x119.

STERILOINTIKÄÄREET JA -YHDISTELMÄKÄÄREET; MUUT MATERIAALIT, MYÖS SYNTEETTINEN - MUUT MATERIAALIT YHDISTELMÄT:

Oy Vestek Ab:n tarjous hylätään. Kaikkia vaadittuja kokoja ryhmäpäätökseen ei ole tarjolla. Tarjolla ainoastaan koko 120x120.

INSTRUMENTTIKONTAINERIN SUODATIN KK:

Oy Vestek Ab:n tarjous hylätään. Pakottava vaatimus: Kaikki saman nimikenumeron koot/muodot tarjottava samalla hinnalla. Tarjouksen hinnat ovat erit saman nimikkeen eri muodoille.

INDIKAATTORIKORTTI INSTRUM.KONTAINERIIN:

Oy Vestek Ab:n tarjous hylätään. Pakottava vaatimus: Kaikki saman nimikenumeron koot/muodot tarjottava samalla hinnalla. Tarjouksen hinnat ovat erit saman nimikkeen eri muodoille.

INSTRUMENTTIEN PUHDISTUS JA HUOLTO:

- INSTRUMENTTIÖLJY TIPPANOKKA: Oy Vestek Ab:n tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että annostelua ei voi säädellä siten, että se soveltuisi käyttötarkoitukseen
- INSTRUMENTTIÖLJY SPRAY: Oy Vestek Ab:n tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että annostelua ei voi säädellä siten, että se soveltuisi käyttötarkoitukseen. Rakenne liian öljymäinen.

ENDOSKOOPPIEN PUHDISTUSHARJAT:

Hankinta keskeytetään 9. ENDOSKOOPPIEN PUHDISTUSHARJAT osa-alueen osalta. Tarjouspalvelussa ei ole ollut nähtävillä kaikki vertailtavat nimikkeet. Ero tarjouspyynnön ja tarjousexcelin välillä on ollut merkittävä. Tämä on voinut asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan, jolloin tasavertaista päätöstä ei voida tehdä.

Tarjouspyynnön 114238 perusteella saadut tarjoukset eivät ole tämän osa-alueen osalta julkisia asianosasisille ennen kuin uuden kilpailutuksen (ei vielä aloitettu) perusteella annettu hankintapäätös on allekirjoitettu. Muille asiakirjat tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun uusi hankintasopimus on allekirjoitettu. Hankintayksikkö luokittelee asiakirjat salassa pidettäviksi, koska ne sisältävät tietoja, joiden antaminen heikentäisi julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin (Julkisuuslaki 24 § 1 mom 17 kohta).

PINTAPUHTAUSTESTI:

Oy Vestek Ab:n tarjous hylätään. Pakottava vaatimus: Tarjoajan tulee tarjota erikseen tilattuna testille ja laitteelle. Hintaa ei ole annettu laitteelle.

INSTRUMENTTIPESUKONEEN KONTR PESUTEHOTESTI:

Labo Line Oy:n tuote hylätään. Koekäytössä ilmeni, että tuotteen käytettävyyys ei ollut hyvä. Testiliuskoista lähtee väriä, jos niihin koskee heti pesun jälkeen. Ei sovellu käyttötarkoitukseen.

T-DOC ETIKETTITARRA PIENI INDIKAATTORILLA:

Auraprint Oy on tarjouksen jätön jälkeen ilmoittanut, että tarjottua tuotetta ei ole saatavilla ja on täten vetänyt tarjouksen pois tämän nimikkeen osalta.

Vertailutaulukko liitteenä.

Hankintapäätöksen arvo

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2,5 miljoonaa euroa. Arvo on laskettu neljälle (4) vuodelle eli mahdolliset optiokaudet on huomioitu laskelmassa.

Valittu toimittaja/toimittajat**ASP FINLAND OY**

- Sterilointiprosessin kontrollointitarvike
- Muut välinehuollon tarvikkeet

Auraprint Oy

- Tarrat

B. Braun Medical Oy

- Sterilointikori, sterilointilaatikko
- Instrumenttien puhdistus ja huolto

Getinge Finland Oy

- Tarrat

Kaiko Oy

- Sterilointikori, sterilointilaatikko
- Pesu ja desinfektio kontrollitarvike

Labema Oy

- Sterilointipakkauksen suljenta
- Pesu ja desinfektio kontrollitarvike

Labo Line Oy

- Sterilointilaitteen kontrollontitarvike
- Sterilointiprosessin kontrollointitarvikkeet
- Sterilointikori, sterilointilaatikko

Mediq Suomi Oy

- Merkintätarvikkeet
- Steriloinnin pakkausmateriaali paperi/laminaatti sekä tyvek/matalalämpöT
- Steriloinnin pakkausmateriaalit muut
- Sterilointikori, sterilointilaatikko
- Sterilointipakkauksen suljenta

OneMed Oy

- Sterilointilaitteen kontrollontitarvike
- Sterilointiprosessin kontrollointitarvike
- Steriloinnin pakkausmateriaalit paperi/ sekä tyvek/matalalämpö
- Steriloinnin pakkausmateriaalit muut
- Sterilointikori, sterilointilaatikko
- Sterilointipakkauksen suljenta

Optiscan Oy

- Tarrat

Otoplug Oy

- Instrumenttien puhdistus ja huolto

Oy Vestek Ab

- Sterilointiprosessin kontrollointitarvike
- Merkintätarvike
- Sterilointikori, sterilointilaatikko
- Sterilointipakkauksen suljenta,
- Pesu ja desinfektio kontrollitarvike
- Tarrat

Vingmed Oy

- Steriloinnin pakkausmateriaalit muut

Sopimuskausi

Sopimuskauden arvioitu alkamispäivä on 16.9.2024. Sopimus on voimassa määräaikaisesti 15.9.2026 asti. Hankintayksikkö voi päättää kahden (2) erillisen optiovuoden käyttämisestä kausille 16.9.2026-15.9.2027 ja 16.9.2027-15.9.2028. Hankintayksikköpäättää option käyttämisestä ennen varsinaisen sopimuskauden päättämistä ja ilmoittaa siitä toimittajan yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Hankintasopimus

Hankintayksikkö tekee hankintaa koskevan kirjallisen hankintasopimuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai sen katsotaan saaneen päätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Hankintasopimus syntyy vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Nähtävänäpito

Hankintapäätös julkaistaan hankintakalenterissa.

Lisätietoja päätöksestä

Henna Korkalo
p. 040 318 5236

Allekirjoittajat

Päivi Sivonen