

pisteet	max	Hammasväline	Lifemed	Plandent	
Detektorin pikselikoko, dynamiikka eli "bittisyys" ja detektorin matriisin koko		5	2,82	3,52	4,13
Hoitajan näytön ominaisuudet (tuumakoko, kuvamatriisin koko, taustavalon voimakkuus, DICOM-kalibroituavuus)		5	3,51	3,96	5,00
perusteet		Hammasväline	Lifemed	Plandent	
Detektorin pikselikoko, dynamiikka eli "bittisyys" ja detektorin matriisin koko		99 µm, 8 bit, 152x6 mm eli 1535 x 60	100 µm, 16 bit, matriisin koko 1541 x 44	48 µm, 17-bit, 3072 x 128, 6144 x 128 (kefalo)	
	pikselikoko (µm)	99	100	48	
	bittisyys	8	16	17	
	det. Matriisin koko	92100	67 804	393 216	
Hoitajan näytön ominaisuudet (tuumakoko, kuvamatriisin koko, taustavalon voimakkuus, DICOM-kalibroituavuus)		22', 1920 x 1200, 250 cd/m2, kyllä	24', 1920 x 1200, 350 cd/m2, kyllä	27', 3840 x 2160, 350cd/m2, kyllä	
	tuumakoko		22	24	27
	kuvamatriisi		2304000	2304000	8294400
	taustavalon voim.		250	350	350
	dicom kalibroituavuus	K	K	K	