

**HINTA, maksimipisteet 80,00 pistettä**

**80,00 pistettä, (484.025,00 €),** Mediq Suomi Oy  
**63,36 pistettä, (611.189,48 €),** Medtronic Finland Oy

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintana on käytetty osa-alueen kohteissa ilmoitettua volyympainotteista kokonaishintaa. Kohteiden volyymit ovat ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Vertailuhintaa on käytetty ainoastaan tarjousten keskinäiseen vertailuun, eikä se vastaa sopimuskauden aikana toteutuvaa ostohintaa. Ostohinta sopimuskaudella määräytyy tapauskohtaisesti Tilajan kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Tarjouspyynnön mukaisesti Ilmoitettu määrä (volyymi) on arvioitu määrä. Sopimus ei muodosta Tilajalle määrääostovelvoitetta, vaan todellinen määrä voi olla arvioitua suurempi tai pienempi.

**LAATU, maksimipisteet 20,00 pistettä**

**19,20 pistettä, Medtronic Finland Oy**  
**18,00 pistettä, Mediq Suomi Oy**

Tarjouspyynnön mukaisesti kohteet 1 ja 2 on vertailtu kokonaisuutena, laatupisteet on arvioitu tarjousasiakirjojen sekä koekäytön perusteella.

Tarjouspyynnön mukaisesti laatuvertailussa kustakin vertailtavasta ominaisuudesta on annettu parhaimmalle tarjoukselle maksimipisteet. Muut tarjoajat on asetettu tämän jälkeen paremmuusjärjestykseen siten, että seuraavat saavat pisteitä 60 %, 40 %, 20 %, 0 % maksimipisteistä. Useampi tarjoaja on voinut saada saman pistemäärän samasta vertailtavasta ominaisuudesta.

**KOKONAISPISTEET (HINTA+LAATUPISTEET)**

**98,00 pistettä, Mediq Suomi Oy**  
**82,56 pistettä, Medtronic Finland Oy**

Tarjouspyynnön mukaisesti toimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin, hinta-laatusuhteeltaan paras. Toimittajaksi valitaan Mediq Suomi Oy.

**LAATUPISTEIDEN PERUSTELUT**

**Laitteen käyttöönotto**

**Lähtöarvojen syöttämisen ja tallentamisen loogisuus, maksimipisteet 2,00 pistettä**

2,00 pistettä, Medtronic Finland Oy  
1,20 pistettä, Mediq Suomi Oy

Medtronic Finland Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin kyseisen ominaisuuden osalta parhaaksi, ja ne saivat siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Mediq Suomi Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi, koska laitteissa ei ole lähtöarvojen automaattista tallennustoimintoa. Tämä lisää erillisten tallennustoimenpiteiden ja näppäilyjen määrää tallennusvaiheessa.

**Näytön muokkaamisen mahdollisuus käyttäjän tarpeiden mukaisesti, maksimipisteet 2,00 pistettä**

2,00 pistettä, Mediq Suomi Oy  
1,20 pistettä, Medtronic Finland Oy

Mediq Suomi Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi, ja ne saivat siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Medtronic Finland Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi, koska laitteiden asetusvaihtoehdot ovat suppeammat. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia muokata ja säätää toimintoja eri käyttötarpeiden mukaisesti, esimerkiksi näyttöikkunoiden muokattavuutta.

#### Laitteen mittausarvot ja trendit

**Numeroiden luettavuuden selkeys (mm. fonttikoko, kontrasti), maksimipisteet 3,00 pistettä**

3,00 pistettä, Mediq Suomi Oy  
3,00 pistettä, Medtronic Finland Oy

Ei merkityksellistä eroa.

**Trendikäyrien näkyvyys ja muutosten hahmotettavuuden selkeys, maksimipisteet 3,00 pistettä**

3,00 pistettä, Medtronic Finland Oy  
1,80 pistettä, Mediq Suomi Oy

Medtronic Finland Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin kyseisen ominaisuuden kannalta parhaaksi, ja ne saivat siten tarjouspyynnön mukaisesti maksimipisteet.

Mediq Suomi Oy:n tarjoamat laitteet (kohteet 1 ja 2) arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi, koska laitteiden näytöllä esitetään useita muuttujia samanaikaisesti. Tämän seurauksena NIRS-käyrä näkyy pienempänä, mikä heikentää hieman sen havainnointia.

**Numeroiden ja käyrien siirtymisen toimivuus Philipsin potilasvalvontamonitorille, maksimipisteet 3,00 pistettä**

3,00 pistettä, Mediq Suomi Oy  
3,00 pistettä, Medtronic Finland Oy

Ei merkityksellistä eroa.

#### Laitteen anturi

**Anturin käytön helppous (mm. anturin koko suhteessa käyttöalueeseen ja sen pysyvyys iholla), maksimipisteet 4,00 pistettä**

4,00 pistettä, Medtronic Finland Oy  
4,00 pistettä, Mediq Suomi Oy

Ei merkityksellistä eroa.

#### Laitteen sijoittuminen leikkaussaliympäristöön

**Laitteen koko ja johtojen ulottuvuus potilaaseen, maksimipisteet 3,00 pistettä**

3,00 pistettä, Medtronic Finland Oy  
3,00 pistettä, Mediq Suomi Oy

Ei merkityksellistä eroa.