

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

Hankintapäätös - Instrumenttipesukoneiden laitekokonaisuus keskussairaalan välinehuollon käyttöön- 2024 lukien - Kaiko Oy

481/02.08.00.02/2024, §

Selostus asiasta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on pyytänyt tarjouksia keskussairaalan välinehuollon käyttöön tulevasta instrumenttipesukoneiden laitekokonaisuudesta 2024 lukien sekä optiomahdollisuus huollosta ja re-validoinnista.

Keskussairaalan välinehuollossa huolletaan yhteensä n. 151 000 instrumenttia ja instrumenttikokonaisuutta vuosittain. Välinehuolto tuottaa palvelut 11 leikkaussalille, kaikille keskussairaalan osastoille, poliklinikoille, toimenpideyksiköille ja hammaspäivystykselle. Hankittavalla laitteistolla tullaan huoltamaan vähintään sama, mutta todennäköisesti kasvava määrä instrumentteja ja instrumenttikokonaisuuksia tulevaisuudessa, kun välinehuollon toimintaa keskitetään asiakasyksiköissä tehtävästä välinehuoltotyöstä välinehuoltokeskukseen. Hankittava instrumenttipesukoneiden laitekokonaisuus sisältää välinehuollon käyttöön tulevat instrumenttien pesukoneet, automaattisen syöttö- ja purkuradan pesu- ja desinfektio-koneelle, paluuradan, siirtovaunut ja pesutelineet. Koko laitteistokokonaisuuden tulee olla keskenään yhteensopiva.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 592 000 eur (alv 0 %) ylittää EU-kynnysarvon. Ennakoitu kokonaisarvo on laskettu kertahankinnan kyseessä ollessa 48 kk ajalle.

Hankinta on toteutettu omana toimintana sähköistä Cludia -kilpailutusjärjestelmää käyttäen. Tarjouspyyntö on julkaistu 16.2.2024 julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa, EU-komission julkaisutoimiston ylläpitämässä TED-palvelussa sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa.

Hankintamenettelynä on käytetty hankintalain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä.

Osatarjoukset eivät ole olleet sallittuja, mutta tarjoajalla on ollut mahdollisuus jättää vaihtoehtoinen tarjous osa-alueeseen 1, jolloin parhaat pisteet saanut hyväksytty tarjous olisi tullut valituksi mukaan vertailuun. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei jätetty osa-alueeseen 1.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus.

Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtaessa käytettävä valintaperusteet olivat seuraavat:

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

Kokonaispisteet yhteensä 150 pistettä. Pisteytyksen erittely hankinnan kohteen kriteerien mukaisesti.

1. Osa-alue 1 yhteispisteet 135 pistettä

- hinta yhteensä 5 pistettä
- laatu yhteensä 130 pistettä, joista laadulliset tekijät max 100 pistettä ja asiakastyytyväisyyskysely max 30 pistettä

Osa-alueen 1 laatupisteet laskettiin kaavalla tarjottu arvo/ suurin annettu arvo * maksimipisteet. Saatuihin laatupisteisiin laskettiin yhteen hintapisteet, jolloin saatiin osa-alueen 1 yhteispisteet.

2. Osa-alue 2 yhteispisteet 15 pistettä

- hinta yhteensä 15 pistettä

Osa-alueen 2 pisteet laskettiin kaavalla tarjottu arvo/suurin annettu arvo*maksimipisteet.

Osa-alue 1 Instrumenttipesukoneet, automaattiset syöttö- ja purkuradat, paluurata ja pesutelineet yhteispisteet (laatupisteet, hintapisteet):

1. Kaiko Oy (130p. + 0p.) yhteensä 130p.
2. KWC Nordics Oy (114,35p + 5,00p.) yhteensä 119,35p.
3. Getinge Finland Oy (94,43p. + 5,00p.) yhteensä 99,43p.

Osa-alue 2 Huolto ja re-validointi- pakollinen tarjottava optio, mukana vartailussa, yhteispisteet (hinta):

1. Getinge Finland Oy 15,00p.
2. KWC Nordics Oy 12,18p.
3. Kaiko Oy 7,01p.

Kokonaispisteet muodostuivat Osa-alueen 1 ja osa-alueen 2 yhteenslasketuista pisteistä.

Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat kokonaispisteillä paremmuusjärjestyksessä seuraavasti (osa-alue 1 + osa-alue 2):

1. Kaiko Oy (130 p.+ 7,01p.) kokonaispisteet yhteensä 137,01p.
2. KWC Nordics Oy (119,35p. + 12,18p.) kokonaispisteet yhteensä 131,53p.
3. Getinge Finland Oy (99,43p. +15,00p.) kokonaispisteet yhteensä 114,43p.

Hinta- ja laatuvertailun lopputulos ilmenee tämän päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Tarjoukset tuli jättää **22.3.2024 klo 10.00** mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä viisi (5) tarjousta:

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

- **Clinichem Oy Ltd**
- **Getinge Finland Oy**
- **Kaiko Oy**
- **KWC Nordics Oy**
- **Miele Oy**

Päätös

Päätän, että Clinichem Oy Ltd:n ja Miele Oy:n tarjoukset hylätään tarjouspyynnöllä asetettujen vaatimusten vastaisina.

Lisäksi päätän, että välinehuollon instrumenttipesukoneiden laitekokonaisuus hankitaan Kaiko Oy:ltä seuraavasti;

Vuoden 2024 investointimäärärahoista seuraavasti:

- Instrumenttipesukoneiden laitteistokokonaisuus sisältäen instrumenttipesukoneet, automaattiset syöttö- ja purkuradat, paluuradan, siirtovaunut sekä pesutelineet kokonaishinta yhteensä 500 000 eur (alv 0 %).

Optiona yksiköiden käyttövaroista yhteensä 196 200 eur (alv 0%) seuraavasti;

- Täysylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle yhteensä 165 800 eur (alv 0%) (82 900 eur/v)
- Mahdollisena vaihtoehtona täysylläpitosopimukselle on määräaikaishuoltosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle 26 980 eur (alv 0%) (13 490 eur/v) sekä määräaikaishuollossa vaihdettavien koneen osien arvo takuuajan jälkeiselle ajalle 9 396 eur (alv 0%) (4 698 eur/v), yhteensä 36 376 eur/v
- re-validointi 30 400 eur (alv 0%)

Hankinnan kokonaisarvo 696 200 eur (alv 0 %) ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan kokonaisarvo on laskettu kertahankinnan kyseessä ollessa 48 kk ajalle.

Huoltosopimuksen hankinnasta ei tehdä päätöstä tässä hankintapäätöksessä vaan käyttöönotosta päättää vastuhenkilö laitteiston takuuajan aikana ja tästä tehdään erillinen huoltosopimus sopimustoimittajan kanssa. Re-validoinnista tehdään erillinen sopimus.

Hankinnan vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Hankittavan Instrumenttipesukoneiden laitekokonaisuuden tarkemmat ehdot sovitaan erikseen tehtävässä kirjallisessa hankintasopimuksessa hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

Hankinnasta tehdään Hilmaan EU-jälki-ilmoitus 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.

Hankintasopimuksen vastuuhenkilöksi nimeään välinehuoltopäällikkö Outi Papusen.

Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vähäisissä määrin ainoastaan sopimalla siitä kirjallisesti osapuolten kesken. Tällainen molempien osapuolten hyväksymä sopimusmuutos liitetään sopimukseen.

Perustelut

Kohdassa ”päätös” valittu toimittaja on tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankintayksikkö sulkee Clinichem Oy Ltd:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta hankintalain luvun 9 § 74 perusteella, koska jätetty tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti osana tarjousta tuli ladata kuvalliset tuoteselosteet tai esitteet kaikista tarjotuista tuotteista (pesukoneet, pesutelineet, syöttö- ja purkupöydät ja paluurata). Tarjousmateriaalista tuli käydä ilmi vaatimusmäärittelyn mukaiset asiat sekä laitteiden tekniset tiedot.

Hankintayksikkö katsoo, että Clinichem Oy Ltd:n tarjoukselta puuttui kuvallinen tuoteseloste/-esite tarjotun paluuradan osalta, tarjouspyynnöllä vaaditussa muodossa. Tarjoukselta ei ilmennyt tarjotun laitteen kyseisen osan esitettä, eikä siten myöskään ko. osan teknisiä tietoja ja kuvausta vaatimusmäärittelyn mukaisuudesta, tarjouspyynnöllä vaaditulla tavalla.

Hankintayksikkö pyysi Clinichem Oy Ltd:ltä täsmennyksen siitä, mistä kohdasta tämän tarjousmateriaalista kyseiset vaaditut tiedot ilmenevät. Clinichem Oy Ltd ei vastannut hankintayksikön täsmennysoopyyntöön määräajassa, eikä myöskään pyytänyt lisää aikaa täsmennyksen antamiseen.

Tämän vuoksi Clinichem Oy Ltd:n tarjous tuli hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Hankintayksikkö sulkee Miele Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta hankintalain luvun 9 § 74 perusteella, koska jätetty tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti osana tarjousta tuli ladata kuvalliset tuoteselosteet tai esitteet kaikista tarjotuista tuotteista (pesukoneet, pesutelineet, syöttö- ja purkupöydät ja paluurata). Tarjousmateriaalista tuli käydä ilmi vaatimusmäärittelyn mukaiset asiat sekä laitteiden tekniset tiedot.

Hankintayksikkö katsoo, että Miele Oy:n tarjouksen tuoteselosteet/-esitteet olivat puutteelliset tarjottujen siirtovaunu, syöttö- ja

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

purkupöytien ja paluuradan osalta. Tarjoukselta ei ilmennyt tarjotun laitekokonaisuuden kyseisten osien teknisiä tietoja tai kuvausta vaatimusmäärittelyn mukaisuudesta, tarjouspyynnöllä vaaditulla tavalla.

Hankintayksikkö pyysi Miele Oy:ltä täsmennyksen siitä, mistä kohdasta tämän tarjousmateriaalista kyseiset vaaditut tiedot ilmenevät. Miele Oy osoitti täsmennyksellään tarjoukseltaan kohdat, mistä tietoa kyseisistä osista löytyy. Hankintayksikkö tarkasteli Miele Oy:n osoittamat kohdat tarjouksen liitteistä uudelleen, mutta totesi kyseessä olevan sellaiset yleisesitteet, joista ei ilmene nimenomaan tarjouksella tarjottujen osien teknisiä ominaisuuksia tai kuvausta vaatimusmäärittelyiden mukaisuudesta vaaditulla tavalla.

Tarjotun syöttö- ja purkupöydän osalta Miele Oy:n osoittamista tarjouksen liitteistä ilmenee ainoastaan yksi kuva tarjotusta ratkaisusta, eikä sen teknisiä ominaisuuksia tai muuta kuvailua tarjotun ratkaisun osalta.

Paluuradan osalta Miele Oy:n osoittamista tarjouksen liitteistä ilmenee ainoastaan suuntaa antava kuva, eikä sen teknisiä ominaisuuksia tai muuta kuvailua tarjotun ratkaisun osalta.

Tämän vuoksi Miele Oy:n tarjous tuli hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Muut tarjoajat ovat vakuuttaneet, ettei niitä rasita mikään hankintalain mukainen poissulkemisperuste, ja että ne täyttävät tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Vertailuun valituilta tarjoajilta on saatu asiakirjat, joista on tarkistettu annettujen tietojen paikkansapitävyys, joten tarjoajia ei ole hylätty. Vertailuun valitut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät.

Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia hankintamenettelyyn osallistuneita ja muita toimittajia hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toiminut suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Lain, asetuksen tai hyvinvointialueen säännön kohta, johon päätös perustuu

Laki julkisista hankinnoista 1397/2016 4 luku 26 §
Laki julkisista hankinnoista 1397/2016 9 luku 74 §
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hallintosääntö 22 §
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hankintaohje (aluehallitus 21.12.2022 § 241)
Hyvinvointialuejohtajan toimivallansiirtopäätös 17.4.2024 9§

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeuteen. Ohje on päätöksen liitteenä.

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja
9232 Välinehuolto, keskussairaala

28.05.2024
§ 10/2024

Allekirjoitus ja virka-asema

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

28.05.2024

<Ismo Rouvinen>

Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja

Lisätietojen antaja

vs. hankintajohtaja Miro Parviainen, miro.parviainen@siunsote.fi

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 28.05.2024 (päätöksen liitteet sekä tarjousasian käsittelyä varten annetut selvitykset ja muut asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun hankintasopimus asiassa on tehty (julkisuuslain 6 § 1 momentin 3 kohta)).

Jakelu

Asianosaiset
Clinichem Oy Ltd
Getinge Finland Oy
Kaiko Oy
KWC Nordics Oy
Miele Oy
hankinnat@siunsote.fi