

Tunniste (Ryryhmä, T= tuote)	Ryhmän / nimikkeen nimitys	Nimikerro	Esimerkkituote	Pakottavat vaatimukset	Toimittajamäärä	Valintaperuste (hinta/laatu)	Kulutusmäärä yhteensä	Yksikkö	Toimittaja	Toimittajan tuotenro	Toimittajan tuotenimitys	Hinta (alv 0%) / yksikkö	Valmistajan tuotenro	Valmistajan tuotenro	Pakkauksen yksiköinä	Minimiosäärä yksiköinä	Toimitusaika työpäivinä	Alkuperämaa	Nettopaino kg	GTIN-14 koodi	Valitaan	Ei täytyä vaatimuksia
OSA-ALUE 3					Valitaan 1-3 toimittajaa nimikkeittäin																	
R	PAINENTASUSLAATIKKO JA PLEURAIMU KEUHKOLOHKON POISTOON																					
T	PAINENTASUSLAATIKKO KEUHKON POISTOON	013645A	A-8000-08LF, A-4301-08, Pleur-Evac	Sterilisti pakattu, voitava kiinnittää vuoteeseen ja pysyy pystyssä omilla jalilla,			100/0	2	KPL													
									Berner	A-4301-08LF	PE PNEUMONECTOMY LF 6/CS	1.	117,94	Teleflex	A-4301-08LF	6	1	14				
									Mediplast Fenno Oy	6010105	Dretech Compact	33,00		Redax Spa	10105	4	4	29	Italia	1,35	14026704631220	X
T	PLEURAIMU KEUHKOLOHKON POISTOON AIK KUDVA	013645	3600-100 Oasis kuukautustuote	Sterilisti pakattu, pikalittimen vuoransiirtovarten			100/0	1120	KPL													
									GETINGE Finland Oy	3600-100	OASIS	1.	31,00	GETINGE	3600-100	6	2	5	USA	1,38	GTIN 20650862110016	X
									Mediplast Fenno Oy	6010112	Dretech Variant	2.	31,25	Redax Spa	10112	4	4	29	Italia	1,305	18034139290147	
									Berner	S-1100-08LF	PE SAHARA DRY SLUCT/DRY SEAL LF 6/CS	48,46		Teleflex	S-1100-08LF	6	1	14			34026704631668	
									OneMed Oy	Salainen	Salainen	55,40		Salainen	Salainen	Salainen	Salainen	Salainen	Salainen	Salainen	Salainen	

Koekäyttöpalautte: ei ole selkeästi eroteltu negatiivisen ja positiivisen paineen säätökammiota. Voi liittää imuun, mikä ei pitäisi paineentasauslaetikoilla olla mahdollista turvallisuusyysistä.