

Anestesiavaunut sairaalakäyttöön	Maksimi pisteet
Anestesiavaunut, iso	
Hankittava määrä 30 kpl	
Tuotenumero	
Vertailtavat ominaisuudet	
Käytettävyys	20
Anestesiavaunun vetolaatikoiden avautuminen ja sulkeutuminen, korien pysyvyys sivukiskossa, dispenserin lokerikoiden saavutettavuus ja käyttö, pöytätason toimivuus.	
Liikuteltavuus	3
Anestesiavaunun työnnettävyys / liikuteltavuus sekä pyörien toimivuus.	
Puhdistettavuus	2
Anestesiavaunun puhdistettavuuden vaivattomuus ja helppous, pyyhittävyys, rakojen tai terävien kulmien vähyys.	
Anestesiavaunut, pieni	
Hankittava määrä 15 kpl	
Tuotenumero	
Vertailtavat ominaisuudet	
Käytettävyys	20
Anestesiavaunun vetolaatikoiden avautuminen ja sulkeutuminen, korien pysyvyys sivukiskossa, dispenserin lokerikoiden saavutettavuus ja käyttö, pöytätason toimivuus.	
Liikuteltavuus	3
Anestesiavaunun työnnettävyys / liikuteltavuus sekä pyörien toimivuus.	
Puhdistettavuus	2
Anestesiavaunun puhdistettavuuden vaivattomuus ja helppous, pyyhittävyys, rakojen tai terävien kulmien vähyys.	
Laatupisteet	50
Hintapisteet	50
Laatupisteet + Hintapisteet yhteensä	100

Medihealth Oy	Pisteet	OneMed Oy	Pisteet
liikesalaisuus		liikesalaisuus	
	12		20
Kommentti: vetolaatikoiden avautumista ja sulkeutumista arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen liukumekanismien toiminnasta. Laatikot olivat tiukat avata.			
	1,8		3
Kommentti: Pöydän liikuteltavuus arvioitiin parasta heikommaksi johtun siitä, että pyörien lukitusmekanismi (lukituksen poljin) oli raskaampi käyttää.			
	1,2		2
Kommentti: Pöydän puhdistettavuutta arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen siitä, että pöydän kannen materiaali oli kiiltävää muovia. Lisäksi korit on hitaampi puhdistaa, johtun siitä, että koreissa oli ruuvikiinnitys.			
liikesalaisuus		liikesalaisuus	
	12		20
Kommentti: vetolaatikoiden avautumista ja sulkeutumista arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen liukumekanismien toiminnasta. Laatikot olivat tiukat avata.			
	1,8		3
Kommentti: Pöydän liikuteltavuus arvioitiin parasta heikommaksi johtun siitä, että pyörien lukitusmekanismi (lukituksen poljin) oli raskaampi käyttää.			
	1,2		2
Kommentti: Pöydän puhdistettavuutta arvioitiin parasta tarjousta heikommaksi johtuen siitä, että pöydän kannen materiaali oli kiiltävää muovia. Lisäksi korit on hitaampi puhdistaa, johtun siitä, että koreissa oli ruuvikiinnitys.			
	30		50
150 075,00	50	197 145,00	38,06
	80		88,06