

Tarjousten vertailutaulukko - 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit

Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kompressiopumppu Ei vaikuta vertailuhintaan								
Merkki, malli ja tuotenumero.		Kendall SCD™ 70 0 -laskimopumppu		ARJO, Flow tron ACS900		Mego Afek, DVT 603 C E, tuotenumero 024199		
Sailab-koodi.		328986		Liikesalaisuus				
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Laitekokoonpano.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Mego Afek, DVT 603 Laitekokoo npano ja kulutustarvikkeet.pdf		
Mahdolliset lisävarusteet.				Liikesalaisuus		Mego Afek, DVT 603 Laitekokoo npano ja kulutustarvikkeet.pdf		
Mahdolliset kulutustarvikkeet hintoineen sekä muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttörajoitukset on ilmoitettava.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Mego Afek, DVT 603 Laitekokoo npano ja kulutustarvikkeet.pdf		
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET								
LAITE								
Laite soveltuu leikkaussali-, heräämö-, teho- ja valvonta- sekä osastokäyttöön.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Laite on mahdollista kiinnittää vähintään sänkyyn. Kiinnitysratkaisu sisältyy hankintahintaan.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Ilmoitettava mahdolliset muut kiinnitysmahdollisuudet.				Liikesalaisuus		Muut kiinnitysma hdollisuudet.pdf		
Laite soveltuu sairaalan sisäisiin potilassiirtoihin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025	Sivu 2/20	
--	-----------	--

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laite tunnistaa automaattisesti onko käytössä yksi mansetti vai kaksi mansettia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laite tunnistaa mansetin ja mansettityypin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteessa pystyy käyttämään pelkästään yhtä mansettia ilman lisäosia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laite toimii myös akulla.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita akun kesto.		8 tuntia		Liikesalaisuus		8 tuntia		
Virtajohdon pituus on vähintään 3 metriä.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita virtajohdon pituus.		3,96 metriä		Liikesalaisuus		3 metriä		
Laitteessa ei ole ulkoisia muuntajia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteessa on merkkivalo mikä kertoo onko laite päällä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laite hälyyttää virhetilan ja näyttää virhetilan myös merkkivalolla.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri, pieni Hankittava määrä 60 PARI		50,00 EUR / PARI 3000,00 EUR		Liikesalaisuus		64,00 EUR / PARI 3840,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 60 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort säärimans etti S, ref. 74021		ARJO, TRP10		Phlebo Press DVT mansetti, sääri, tuotenumero 024203		
Sailab-koodi.		327401		Liikesalaisuus				

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025		Sivu 3/20						
		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		DVT kompress iopumput.pdf Mansettien kok o-taulukko.pdf Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf		
Pakkauskoko.		5 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		
Mansetin ympärysmitta on vähintään väliltä 29-35 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta.		alle 35.6 cm		Liikesalaisuus		20-45 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri, keskikoko Hankittava määrä 40 PARI		50,00 EUR / PARI 2000,00 EUR		Liikesalaisuus		64,00 EUR / PARI 2560,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 30 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort säärima nsetti M, ref. 74022		ARJO, TRP20		Phlebo Press DVT mansetti, sääri, tuotenumero 024204		
Sailab-koodi.		327402						
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Mansettien kok o-taulukko.pdf Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf DVT kompress iopumput.pdf		
Pakkauskoko.		5 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		
Mansetin ympärysmitta on vähintään välillä 34-53 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta (cm)		35.6 - 53.3 cm		Liikesalaisuus		24-60 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri, suuri Hankittava määrä 20 PARI		50,00 EUR / PARI 1000,00 EUR		Liikesalaisuus		64,00 EUR / PARI 1280,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 10 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort säärima nsetti L, ref. 74023		ARJO, TRP60L		Phlebo Press DVT mansetti, sääri, tuotenumero 024205		
Sailab-koodi.		327403		Liikesalaisuus				
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		DVT kompress iopumput.pdf Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf Mansettien kok o-taulukko.pdf		
Pakkauskoko.		5 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		
Mansetin ympärysmitta on vähintään välillä 45-64 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta (cm)		53.6 - 66.0 cm		Liikesalaisuus		34-64 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri - reisi, pieni Hankittava määrä 3800 PARI		60,00 EUR / PARI 228000,00 EUR		Liikesalaisuus		66,00 EUR / PARI 250800,00 EUR		Hankintakohtainen

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025		Sivu 5/20						
		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 3800 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort reisimans etti S, ref. 74011		ARJO, TRP30		Phlebo Press DVT mansetti, sää ri-reisi, tuotenumero 024207		
Sailab-koodi.		327401		Liikesalaisuus				
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		SCD comfort sleeve TDS 2GM21-1322362 04.21.pdf 2MP19-919508-2_Kendall SCD Comfort Sl eeve Sizing Poster-FINAL 18.05.23.pdf		Liikesalaisuus		Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf Mansettien kok o-taulukko.pdf DVT kompress iopumput.pdf		
Pakkauskoko.		5 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		
Mansetin ympärysmitta on vähintään välillä 40-55 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta (cm)		40.6 cm - 55.9 cm		Liikesalaisuus		24-60 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri - reisi, keskikoko Hankittava määrä 4300 PARI		60,00 EUR / PARI 258000,00 EUR		Liikesalaisuus		66,00 EUR / PARI 283800,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 4200 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort reisiman setti S, ref. 74012-		ARJO, TRP30		Phlebo Press DVT mansetti, sä äri-reisi, tuotenumero 024208		

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025		Sivu 6/20						
		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sailab-koodi.		327402		Liikesalaisuus				
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf Mansettien kok o-taulukko.pdf DVT kompress iopumput.pdf		
Pakkauskoko.		5 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		
Mansetin ympärysmitta on vähintään välillä 54-71 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta (cm)		55.9 cm - 71.1 cm		Liikesalaisuus		32-76 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mansetti pohje/sääri - reisi, suuri Hankittava määrä 600 PARI		60,00 EUR / PARI 36000,00 EUR		Liikesalaisuus		66,00 EUR / PARI 39600,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjoaja ilmoittaa hintatietokohtaan hinnan yhdelle (1) mansettiparille. Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnöllä mainitut vaatimukset. Laskennallisena määränä käytettävä 600 paria on arvioitu hankintamäärä neljälle (4) vuodelle. Hankittava määrä voi olla suurempi tai pienempi.								
Merkki, malli ja tuotenumero.		SCD Comfort reisima nsetti S, ref. 74013		TRP40		Phlebo Press DVT mansetti, sä äri-reisi, tuotenumero 024209		
Sailab-koodi.		327403		Liikesalaisuus				
Alkuperämaa.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Israel		
Tuote-esite.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Laskimopumppujen ma nsetit_Selvitys.pdf DVT kompress iopumput.pdf Mansettien kok o-taulukko.pdf		
Pakkauskoko.		3 pr/pkt		Liikesalaisuus		20 pr/pkt		

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Mansetin ympärysmitta on vähintään välillä 70-82 cm.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoita mansetin ympärysmitta (cm)		71.1 cm - 91.4 cm		Liikesalaisuus		30-82 cm		
Mansetti on vähintään kolmikammioinen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Ryhmän yleiset kriteerit								
Laitteen osilla, tarvikkeilla ja ohjelmistolla on CE-merkintä tarjouksen jättöhetkellä.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Annettava selvitys minkä mukaan laite ja tarvikkeet ovat CE-merkitty (EU Declaration of Conformity).		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		DEKRA ISO 13485-2016 390251 2 2021-07-22-2024-07-22.pdf Internal list of CE Garment s for EC DoC 2021-02-04.pdf EC Declaration of Conform ity Rev. AH 2022-06-15.pdf		
Laitteen ja niihin liittyvien tarvikkeiden, lisävarusteiden ja osien tulee täyttää voimassa olevat kansalliset ja EU:n lait, asetukset ja määräykset.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tarjottujen tuotteiden on vastattava nimikkeiden nimityksiä sekä niille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden on sovellettava käyttötarkoitukseen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tarjotut laitteet ovat uusia.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Laitteet tulevat veloituksetta Tilaaajan käyttöön. Tilaaaja maksaa manseteista.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Mansettien hinnat on samat per mansettimalli riippumatta koosta.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mahdolliset muut Tarjoajan valikoimassa olevat mansetit tuote- ja hintatietoineen.		Lisavarusteet ja ku lutustarvikkeet.xlsx		Liikesalaisuus		Valikoimassa olevat muut manset it tuote- ja hintatietoineen.pdf		

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025		Sivu 8/20						
		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja sitoutuu antamaan GTIN-14 koodit valituksi tulleille tuotteilleen ennen sopimuskauden alkamista.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Toimitus ja asennus								
Sopimuksen alkaessa Toimittaja toimittaa laitteet kahden (2) kuukauden kuluessa Hankintayksikköittäin.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Hankintakauden aikana tilattavien uusien laitteiden toimitusaika.		1 viikko/a		Liikesalaisuus		4 viikko/a		
Mansettien toimitusaika enintään kolme (3) työpäivää tilauksesta toimitukseen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit								
Ilmoitettava toimitusaika.		3 työpäivää		Liikesalaisuus		3 työpäivää		
Suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) ja alkuperäinen englanninkielinen (1 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista ja pikaohjeet laitteen käyttöön suomenkielellä sisältyvät hintaan. Mikäli käyttöohjeissa ei ole desinfiointi- ja puhdistusohjetta tulee se toimittaa erikseen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Takuu ja huolto								
Toimittaja vastaa omalla kustannuksellaan laitteen kaikista huolloista koko hankintakauden ajan. Käsittäen määräaikaishuollot, vikahuoltokäynnit, varaosat, laitteen tarvitsemat kalibroinnit, työn matkakustannukset, työn päivärahat. Laitteen käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon liittyvä dokumentaatio tulee toimittaa suomeksi. Toimittaja vastaa mahdollisista rahtikustannuksista. Toimittajalla on mahdollista tehdä yhteistyösopimus laitteen ylläpitohuollon teettämisestä Tilaaajan huoltoyksikön kanssa.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		

Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025				Sivu 9/20				
		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimittaja toimittaa varalaitteet sopimuksen alkaessa Hankintayksikön Lääkintätekniikkaan ja varalaitteita on hyllyssä koko hankintakauden ajan. Varalaitteiden määrä on enintään kaksi (2) kappaletta/hankintayksikkö.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Toimimaton laite korjataan tai vaihdetaan uuteen pyynnöstä. Toimittaja on velvollinen toimittamaan veloituksetta uuden laitteen.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tarjouksessa on annettava kuvaus vikahuollon vasteajoista. Esimerkiksi puhelinvasteaika ja milloin huoltohenkilö on paikalla vikailmoituksesta.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Huolto ja kä ytöntuki.pdf		
Mahdolliset varaosat, jotka Tilaaaja voi vaihtaa itse, toimitetaan veloituksetta.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
Koulutus ja tuotetuki								
Laitteen suomenkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan. Koulutusta on saatavilla tarvittaessa edustajalta esim. henkilökunnan vaihtuessa. Koulutuksen sisältö on kuvattava.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Käyttökoulutus.pdf		
Suomenkielinen käyttäjätuki henkilökunnalle (puhelimitse) arkisin 8-16 sisältyy hankintahintaan. Puhelut eivät saa ohjautua maksulliseen tukipalveluun. Käyttäjätuen sisältö ja toimintatapa on kuvattava.		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Huolto ja kä ytöntuki.pdf		
KOEKÄYTTÖ								

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoajan on järjestettävä tarjoamaansa laitteeseen tarvikkeineen koekäyttö ostajan tiloissa veloituksetta / tutustuminen kahden (2) viikon sisällä pyynnöstä. Laitteeseen tutustutaan tarvittaessa sairaalaympäristössä, jossa laite on käytössä. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on selvittää ja tarkistaa tarjotusta laitteesta käyttäjäasiantuntijoiden laitteelle asettamien pakottavien vaatimusten paikkaansa pitävyys sekä vertailtavia ominaisuuksia. Tarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan myös laitteen poisviennistä koekäytön päätyttyä. Ostaja vastaa osallistujiensa matka- ja majoituskuluista tutustumisen aikana.		Kyllä		Liikesalaisuus		Kyllä		
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET								
Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön perusteella.								
Laitteen toimintakuntoon saattaminen, käytön aikainen toiminta ja käytön lopettaminen. Laitteen kiinnittäminen sänkyyn, letkustojen kiinnitystapa, hälytysten luettavuus, hälytysäänen säätö, laitteen säädettävyys, näytön luettavuus. Erinomainen 10 p Hyvä 5 p Tyydyttävä 0 p Useampi Tarjoaja voi saada saman pistemäärään samasta vertailtavasta kohteesta. Piste-ero kerrotaan ja avataan sanallisin perustein.	10	Kommentti: Laite ei asetu sängynpäätyyn kunnolla ja sen takia kolisee ja aiheuttaa isoa ääntä. Ei merkittäviä eroja laitteiden välillä vertailukohdissa: Käytön aikainen toiminta ja käytön lopettaminen, letkustojen kiinnitystapa, hälytysten luettavuus, hälytysäänen säätö, laitteen säädettävyys, näytön luettavuus.	5,000	Kommentti: Laite asettuu sänkyyn erinomaisesti, ei kolise. Ei merkittäviä eroja laitteiden välillä vertailukohdissa: Käytön aikainen toiminta ja käytön lopettaminen, letkustojen kiinnitystapa, hälytysten luettavuus, hälytysäänen säätö, laitteen säädettävyys, näytön luettavuus.	10,000	Kommentti: Laitteen kiinnittäminen sänkyyn koettiin haastavaksi, koon takia menee sängyn puolelle ja vie potilaan jalkatila. Laite kolisee, koska ei asetu tiiviisti sängyn päätyyn. Laitteen kalibrointi koettiin hitaaksi. Ei merkittäviä eroja laitteiden välillä vertailukohdissa: Käytön aikainen toiminta ja käytön lopettaminen, letkustojen kiinnitystapa, hälytysten luettavuus, hälytysäänen säätö, laitteen säädettävyys, näytön luettavuus.	5,000	Manuaalinen

Vertailun yhteenveto

		Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS		FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	40		33,000		40,000		24,000	
Kokonaishinta yhteensä	60	528000,00 EUR	49,06125	431739,00 EUR	60,000	581880,00 EUR	44,51835	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		82,06125		100,000		68,51835	
Sijoitus		2.		1.		3.		
Valittu		Ei		Kyllä		Ei		

Muut ehdot

	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAN PERUSTIEDOT			
Tarjouksen numero/tunnus	TE-FI24010MS	Liikesalaisuus	10556
Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen	Petri Mykkänen Key Account Manager Email: petri.mykkaenen@cardinalhealth.com Puh: 040 5055 282 Heli Enqvist Senior Specialist, Email: heli.enqvist@cardinalhealth.com Puh: 040 512 7494	Liikesalaisuus	Kari Mäkipää Tuotepäällikkö kari.makipaa@steripolar.fi 0400 599 738 Juho Hänninen Aluepäällikkö juho.hanninen@steripolar.fi 050 567 0250
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.	fi.cs@cardinalhealth.com	Liikesalaisuus	steripolar@ssteripolar.fi
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen	Kyllä	Liikesalaisuus	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero	Heli Enqvist Senior Specialist, Email: heli.enqvist@cardinalhealth.com Puh: 040 512 7494	Liikesalaisuus	Kaj Dahlström Toimitusjohtaja kaj.dahlstrom@steripolar.fi 0400 446 098
PAKOLLISET VAATIMUKSET			
Toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.	Kyllä	Liikesalaisuus	Kyllä
Tarjoaja on merkitty ennen tarjouksen jättämistä sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.	Kyllä	Liikesalaisuus	Kyllä

	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.	Kyllä	Liikesalaisuus	Kyllä
Tarjoajalla on voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit

Päiväys 6.2.2025

Sivu 16/20

	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys, miten tarjoaja valvoo alihankkijan toimintaa			
Tarjous annetaan ryhmittymänä	Ei	Liikesalaisuus	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi			
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus			
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi			
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus			
Kuvaus ryhmittymän jäsenten välisestä yhteistyöstä. Kuvaa kunkin jäsenen rooli ja tehtävät.			
Ryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuullisessa vastuussa hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.			
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista ryhmittymän jäsenistä eli Luotettava Kumppani-raportti tai edellä luetellut selvitykset			
Tarjoaja on ulkomainen yritys	Ei	Liikesalaisuus	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Suomen kielelle käännetty sijoittautumismaan viranomaisen antama kaupparekisteriote tai vastaava.			
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin sijoittautumismaasta.			
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin sijoittautumismaasta.			

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit

Päiväys 6.2.2025

Sivu 18/20

	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin (Suomesta saatava).			
Selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin (Suomesta saatava).			
Selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin (Suomesta saatava)			
Verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (Suomesta saatava).			
Hankinta- ja kaupalliset ehdot			
Kiinteät tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouspyynnössä ilmoitetulle yksikölle. Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Kaikki alennukset ja Tilaajalta veloitettavat kulut on sisällytettävä yksikköhintaan. Laskutushinnan on oltava samalla desimaalitarkkuudella kuin tarjoushinnan. Mikäli laskutetaan pakkaushinnalla, yksikköhinnan on oltava sama kuin tarjoushinnan.	Kyllä	Liikesalaisuus	Kyllä
Maksuehto on 30 pv netto.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimitusmaksut, käsittely- ja laskutuslisät ja muut vastaavat kulut sisältyvät hintaan.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen.	Kyllä	Kyllä	Kyllä

 Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspyyntö 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit Päiväys 6.2.2025	Sivu 19/20	
	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Laskut lähetetään verkkolaskuina. Verkkolaskutus on pakollinen vaatimus. Mikäli ette omasta järjestelmästäanne pysty lähettämään verkkolaskuja, laskut voi lähettää veloituksetta toimittajaportaalin kautta. Ohjeet portaalin käyttöön löydät osoitteesta: https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö. Kuormalavat katsotaan pakkausmateriaaliksi, joka sisältyy toimitusehtoon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jos tilauksella on sopimustuotteiden lisäksi sopimuksettomia tuotteita, toimitusehto on TOP. Toimitusmaksun voi periä vain tilauksista, joissa on yksinomaan sopimuksettomia tuotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kohtuullinen kiinteä porrastamaton toimitusmaksu per toimituspiste hyväksytään *t-merkityille toimituspisteille (kohdassa 10. Laskutus ja maksuehto), terveyskeskuksille ja laitoksille alle 300 euron (alv 0 %) tilauksille. Kohtuulliseksi katsotaan alalla yleisesti käytössä olevat kuljetushinnat. Peritäänkö toimitusmaksu?	Ei	Liikesalaisuus	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Ilmoita toimitusmaksun määrä		Liikesalaisuus	10,9 € / kerta
Muut			
Jos laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa kolmen kuukauden aikana, eikä toimittaja ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus kyseisen tuotteen osalta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjottavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista määrittää.	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Cardinal Health Finland OY CAH TE-FI24010MS	FINE Medical Finland Oy Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit	Steripolar Oy 10556 / 173216 / Kompressiopumput ja laitesidonnaiset mansetit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Jätelaki velvoittaa tuotannon harjoittajaa, valmistajaa, maahantuoja ja viranomaisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se on vaaratonta ja kierrätettävää.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Päätöksen teko pisteiden mennessä tasan. Mikäli kokonaispisteissä päädytään tasapisteisiin, valitaan hinnaltaan halvin. Mikäli myös hinta on sama, suoritetaan valinta arpomalla.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Yleiset sopimusehdot			
Muilta osin hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio huhtikuu 2022).	Kyllä	Kyllä	Kyllä